

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1725272856751/21273318</b> din <b>20.09.2024</b>						
Obiectul achiziției: <b><u>Piese de schimb și consumabile pentru dispozitive medicale</u></b>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Producători	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. 24 <b>Carcasa externă de protecție a nou născutului</b>	87129	Japonia	ATOM Medical	Ansamblu panelul de acces (ușa) PN: 87129 pentru ATOM Incu Arch Litium-Ion	Ansamblu panelul de acces (ușa) PN: 87129 pentru ATOM Incu Arch Litium-Ion	ISO/CE
Lot. 25 <b>Senzor de temperatură</b>	PTP-10015A	China	PanSW Med	Senzor de temperatură a pielii, reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu ATOM Incu Arch Limium-Ion. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE.	Senzor de temperatură a pielii, reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu ATOM Incu Arch Limium-Ion. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE.	ISO/CE
Lot. 28 <b>Padele de unică folosință de tip adult pentru defibrilare</b>	MR60	China	Mindray	Padele de unică folosință de tip adult pentru defibrilator Mindray D3. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de valabilitate minim 24 luni.	Padele de unică folosință de tip adult pentru defibrilator Mindray D3. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de valabilitate minim 24 luni.	ISO/CE
Lot. 29 <b>Padele de unică folosință de tip pediatric pentru defibrilare</b>	MR61	China	Mindray	Padele de unică folosință de tip pediatric pentru defibrilator Mindray D3. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de valabilitate minim 24 luni.	Padele de unică folosință de tip pediatric pentru defibrilator Mindray D3. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de valabilitate minim 24 luni.	ISO/CE
Lot. 32 <b>Cablu ECG de conexiune cu pacientul</b>	EKG-10001C	China	PanSW Med	Cablu ECG de conexiune cu pacientul. Cablu cu 10 electrozi, marcate după standartul european, cu șurub	Cablu ECG de conexiune cu pacientul. Cablu cu 10 electrozi, marcate după standartul european, cu șurub	ISO/CE

				de fixare la conexiunea cu dispozitivul ECG, compatibil cu COMEN H3. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE.	de fixare la conexiunea cu dispozitivul ECG, compatibil cu COMEN H3. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. „Dutchmed-M” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of 807/808