



Specificații tehnice (F4.1)

Destinatar:
 Data:
 Tel./Fax:
 Nr. și data procedurii:

IMSP Centrul de Sănătate nr.1 Orhei
 18 februarie 2021
 Dvornic Ludmila Telefonul de contact 023524967E-mail cs.orhei1@ms.md
 ocds-b3wdp1-MD-1611576599912 din 18.02.2021

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
26	33600000-6	Azur –EozinăRomanovski	12000101	Rusia	MiniMed	Cerinte generale si Flacoane cu volumul de la 250 pînă la 1000 ml. Puritatea-Analit	Coloratie Azur-Eozin dupa Romanovski cu solutie de bufer, flacon 1 L	ISO, CE Marca
27	33600000-6	Ulei de imersie	14005304	Rusia	Minimed	Cerinte generale si Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 100 ml Puritatea-Analit	Ulei de imersie, amb. 100 ml.	ISO, CE Marca
33	33600000-6	Lancete din plastic automate pentru punctia capilara	25217	China	NRLE Co.	Cerinte generale si De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii	Lanteta automata pt punctie capilara, ac 26G/1.8mm, LDPE/inox, roz, steril	ISO, CE Marca
34	33600000-6	Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder	45204 45000	China	NRLE Lim.	Cerinte generale si Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacuum la maturi	Ac dublu pentru recoltare, 21Gx1 1/2” cu Holder recoltare, PP	ISO, CE Marca
35	33600000-6	Termohîrtie pentru analizator	26224	Ucraina	Solar	Cerinte generale si compatibilitate cu analizatorul Stat-Fax, Urysis. Latimea 50-55 mm, diametru 40-50 mm, dimensiune 18-21 m	Hirtie termosensibila exterior, necaroiata, 50mmx25m	ISO, CE Marca
36	33600000-6	Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant	42421	China	NRLE Co.	Cerinte generale si (Na –citrat 3,8%), volum de sânge 3 3,5 ml, cu capac de cauciuc cauciuc cu 3 componente, cu inel de filetare și etichetă 13x75 mm pentru hemostaza- vacuum	Eprubeta vidata, 13x75mm, PET, Citrat de Na 3,2%, 0.3/2.7 ml sange (Coagulare)	ISO, CE Marca
37	33600000-6	Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant	42109	China	JRT	Cerinte generale si Eprubeta K3EDTA, volum 1 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum	Eprubeta vidata, 13x75mm, PET, K3EDTA, 1.0 ml sange	ISO, CE Marca
38	33600000-6	Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant	42111	China	NRLE Lim.	Cerinte generale si Eprubeta K3EDTA, volum 3 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum	Eprubeta vidata, 13x75mm, PET, K3EDTA, 3.0 ml sange	ISO, CE Marca
39	33600000-6	Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant	22113	China	NRLE Co.	Cerinte generale si (K3EDTA), volum de sînge 100 mkl, (pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigatii hematologice din sînge periferic)	Eprubeta, sange periferic, K3EDTA, 0,25 ml, cu eticheta, gradata, PP	ISO, CE Marca
40	33600000-6	Eprubete 16x100 de 10 ml fara dop din masă plastică	21017	China	NRLE Co.	Cerinte generale si Gradata cu volum de 10 ml	Eprubeta, 16x100 mm, 10 ml, conica, cu margine, gradata, PP, amb. 2000 buc.	ISO, CE Marca
41	33600000-6	Eprubeta vacuum cu gel si clot activator, volum 5-6 ml	43716s	China	NRLE Co.	Cerinte generale si Eprubeta cu gel si clot activator, volum 5-6 ml,13x100mm, cu eticheta, capac filetat de cauciuc cu inel de filetare cu valve- vacuum	Eprubeta vidata, 13x100mm, glass, Gel si Activator de coagulare, 5.0 ml sange	ISO, CE Marca
42	33600000-6	Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă	42511	China	NRLE Co.	Cerinte generale si Eprubeta vacuum pentru VSH compatibil pentru analizorul automat VSH „ESR Analyzer LBX-XC 40”, volum 1,28 ml cu eticheta, dimensiuni 9x120 mm	Eprubeta vidata, 8x120mm, GLASS, Citrat de Na 3,8%, 0.32/1.28ml sange (VSH)	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
---------	---------	--	---------------------	-----------------	--------------	---	--	------------------------

Cu respect,
 directorul SRL "ECOCHIMIE"
 Nicolae Iurcu

