



Anexa 22
la Documentatia standard nr 115
din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1733290981110
Achiziționarea: ECHIPAMENTE DE LABORATOR/UTILAJ DE LABORATOR

Nr. lot	Denumire a bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Referințe din broșuri/ manual
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Lot 1 Microscop cu posibilitatea de mărire 300x - 1000x	Miscroscop PRIMOST AR 3 415501-0271-000	GERMANIA	CARL ZEISS MICROS COPY GMBH	Tipul: Microscop de laborator cu posibilitate de mărire de la 300X-1000X, monocular, cu stativ din metal (aluminu...) Obiective: 4x/10x/20x/40x/100x	Microscop de laborator PRIMOSTAR 3 415501-0271-000 cu posibilitate de mărire de la 300X-1000X, binocular, cu stativ din metal Obiective: 4x/10x/20x/40x/100x standard in configuratie	Pag 17+2 Pag 11+15+



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

+ foto cameră					+ iPlan-Achromat 100× Oil: 415501-1641-000 + iPlan-Achromat 20×: 415501- 1622-000	
				Ocular: 10x/20	Ocular: 10x/22	Pag 19
				Tubus: Dimensiune (lungime) aprobată de producător pentru ocular 10x/20x. Înclinat la 45 ⁰ , cu capacitatea de a fi rotit în jurul axei microscopului la 360 ⁰	Tubus: Dimensiune (lungime) pentru ocular 10x/22. Înclinat la 25 ⁰ (superior), cu capacitatea de rotire în jurul axei microscopului la 360 ⁰	Pag 24 Pag 2
				Condensor: Abbe 0.9/1.25 reglabil după înălțime, cu diafragmă iris si suport pentru filtru. Condensorul să fie separat de sursa de iluminare, precentrat, prefocusat, înzestrat cu filtru alb.	Condensor: Abbe 0.9/1.25 reglabil pe înălțime, cu diafragmă iris si suport pentru filtru. Condensorul este separat de sursa de iluminare, precentrat, prefocusat, înzestrat cu filtru alb.	Pag 23
				Masuța pentru preparate: Dotată cu dispozitiv de orientare a lamei.	Masuța pentru preparate: Dotată cu dispozitiv de orientare a lamei.	Pag 23
				Iluminare: De tip LED, LED 3W 5600K 6000 K, cu durata de viață de cel puțin 20000 ore la intensitate maximă de iluminare. Lumina transmisă halogen 6V 30W.	Iluminare: De tip LED, LED 3W 5600K, cu durata de viață de 35,000 ore la intensitate maximă de iluminare. Lumina transmisă cu lampa de halogen 6V 30W	Pag 23



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					Camera: Camera Integrata Binocular tube HD 25° / 22 w, cu programa/ aplicație de analiză a pozelor.	Camera: Camera integrata binocular tube HD 25° / 22 w cam 5 MP, cu programa/ aplicație de analiză a pozelor.	Pag 24
					Controlul luminozității: Reglarea manuală a intensității luminii.	Controlul luminozității: Reglarea manuală a intensității luminii.	Pag 23
					Sursa de alimentare: 220V/50Hz prin bloc de alimentare separat (neîncorporat), prin cablu de cel puțin 150 cm lungime.	Sursa de alimentare: 220V/50Hz prin bloc de alimentare separat (neîncorporat), prin cablu de cel puțin 150 cm lungime.	Pag 4
					Termen de garanție: minim 24 luni.	Termen de garanție: 24 luni.	
2	Lot 2 Lampa pentru determinarea Staniului	Lampa pentru determinare a Staniului- 942339030501	USA	THERMO FISHER SCIENTIFIC	Lampa spectrală cu catod pentru determinarea staniului, compatibilă cu spectrofotometrul tip AA S Series. Producător Thermo Electron Corporation Termen de garanție: minim 2 ani.	Lampa spectrală cu catod cavitărilor din staniu pentru determinarea staniului, compatibilă cu spectrofotometrul tip AA S Series. 942339030501 Producător Thermo Electron Corporation Termen de garanție: 2 ani.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău
Tel/Mob: +37360999911 Data: 13.12.2024