

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1754562213982 din 25.08.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (repetat)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 22.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (repetat)"
prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1754562213982
din 25.08.2025

pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de 23.12.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 22.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1754562213982 din 25.08.2025		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (repetat)		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)	Analizator portativ imunologic LS-1100	China	Lansionbio	Principiul de funcționare - Testare point-of-care (POCT). Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 0.05-40 Ng/L. Se admite heparinizarea probei de sânge doar prin mixarea manuală cu reagent în eprubeta/vas inclus în test cu tot setul de reagenți necesari. Nu se acceptă dispozitivele care necesită centrifugare. Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. Capacitate de testare: test cu test. Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații. Să includă în set printer termic pentru înregistrarea rezultatelor, dotat cu 5 rulouri de hârtie compatibilă pentru fiecare set. Greutatea de până la 2kg. Portabil, să funcționeze după principiul (POCT), compatibil cu utilizarea în autoambulanță la etapa de pre spital. Alimentare acumulatorului încorporat de la rețeaua de 12 V CC sau 220 V CA cu accesorii incluse. Să includă test/sistem pentru verificarea calității testării. Dotat cu geantă/husă de transportare. Instruirea personalului de către persoane autorizate. Cantitate: 20 analizatoare cu câte 50 de teste incluse per analizator (total 1000 teste). Termen de valabilitate: Testele incluse trebuie să aibă, la momentul livrării, o valabilitate de minimum 80% din durata totală de valabilitate declarată de producător, dar nu mai puțin de 18 luni de la data livrării.	Principiul de funcționare - Testare point-of-care (POCT).-Da, Brosura "User manual LS-1000" Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 0.05-40 Ng/L. , broșura "LS-1100 brochure" Se admite heparinizarea probei de sânge doar prin mixarea manuală cu reagent în eprubeta/vas inclus în test cu tot setul de reagenți necesari. -Da, Brosura "User manual LS-1000" Va prezinta rezultatele timp de 10 minute maxim.- broșura "LS-1100 brochure" Capacitate de testare: test cu test.-Da, Brosura "User manual LS-1000" Memorie de stocare ≥ 5000 investigații investigații. - Brosura "User manual LS-1000" Să includă în set printer termic pentru înregistrarea rezultatelor, dotat cu 5 rulouri de hârtie compatibilă pentru fiecare set.- Compania BIOSISTEM MLD SRL va asigura cu 5 rulouri de hârtie compatibilă pentru fiecare set. Imprimantă incorporată.-DA Greutatea 1.3kg. Portabil, să funcționeze după principiul (POCT), compatibil cu utilizarea în autoambulanță la etapa de pre spital.- DA, Brosura "User manual LS-1000" Alimentare acumulatorului încorporat de la rețeaua de 12 V CC sau 220 V CA cu accesorii incluse. - DA, Brosura "User manual LS-1000 Să includă test/sistem pentru verificarea calității testării.-DA Dotat cu geantă/husă de transportare.-DA Instruirea personalului de către persoane autorizate.- Da., Compania BIOSISTEM MLD SRL va asigura Instruirea personalului cu persoane autorizate Cantitate: 20 analizatoare cu câte 50 de teste incluse per analizator (total 1000 teste).-Da, Compania BIOSISTEM MLD SRL va asigura 20 de analizatoare cu câte 50 de teste incluse per analizator(total 1000) Termen de valabilitate: Testele incluse trebuie să aibă, la momentul livrării, o valabilitate de minimum 80% din durata totală de valabilitate declarată de producător, dar nu mai puțin de 18 luni de la data livrării.-Da	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000500677

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1754562213982 din 25.08.2025							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (repetat)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
1	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)	bucata	20	15 062.70	18 075.24	301 254.00	361 504.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.	33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	301 254.00	361 504.80				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1754562213982 din 25.08.2025
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

-Va prezenta mostre în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat.

- Termenul de garanție pentru echipament este de minimum 24 de luni, conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot.

-Termenul de valabilitate la momentul livrării, o valabilitate de minimum 80% din durata totală de valabilitate declarată de producător, dar nu mai puțin de 18 luni de la data livrării.

- Va garanta perioada de reacție, de o jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului, în cazul apariției defecțiunilor tehnice.

- Anul producerii pentru echipament este nu mai vechi de anul 2024.

-Componentele sistemului vor fi noi, nefolosite

- Este înregistrat în lista producătorilor de Echipamente Electronice si Electrice,conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) cu numarul MD2024-10-EEE-049.

- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referinta"

Data completării: 22.08.2025

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)