

Certificado de Análisis *Certificate of Analysis*

Producto <i>Product</i>	INGEZIM BLV CONFIRMATION
Referencia <i>Reference</i>	12.BLV.K1
Nº DE LOTE <i>Batch n</i>	170220
Fecha de caducidad <i>Expiration date</i>	08-2021

INGENASA certifica que este lote ha sido validado por el Departamento de Calidad y es conforme a sus especificaciones.

INGENASA certifies this batch has been approved by the Quality Department and that it conforms to its specifications.

CONTROL DE CALIDAD *QUALITY CONTROL*

DO ± σ

Valor de D.O. del suero Control Positivo
O.D. Value of the Positive Control serum

Ag Positivo

Ag Control

1,170 ± 0,038

0,162 ± 0,008

Valor de D.O. del suero Control Negativo
O.D. Value of the Negative Control serum

0.064 ± 0,008


0,052 ± 0,006

Valor de D.O. del suero Internacional de Referencia E5 1/100
O.D. value of International Reference serum E5 1/100

0,643

0,050

FIRMA *SIGNED*




CARGO *TITLE*

Responsable de Fabricación
Manufacturing Manager

Responsable de Control de Calidad
Quality Assurance Supervisor

FECHA *DATE*

05.03.20

Este producto tiene hojas de seguridad disponibles bajo solicitud.
Material Safety Data Sheets are available upon request.

INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, S.A.
C/ Hnos. García Noblejas, 39
28037- MADRID (SPAIN)
Tlf: +34 91368.05.01/04
Fax: +34 91 408.75.98
ingenasa@ingenasa.com www.ingenasa.es



Doc: FR 307 Ed: 25/4/2017