



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-2048 din "22" 04 2022

OE participanți la procedura de achiziție
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Copie: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC)

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-164870767984 privind *Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)*, Vă comunică decizia nr. 2 din 22.07.2022 cu privire la reevaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	coduri	Denumire Lot	Canitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
12	12-67984	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	91 575,00	109 890	366 300	439 560	PENTALLED 30N/ ITALIA/RIMSA	Medica Sens
13	13-67984	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	159 500	191 400	319 000,00	382 800	PENTALLED 30N + 30N/ ITALIA/ RIMSA	Medica Sens

Ofertanții respinși/descalificați:

Pentru lotul nr. 12 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza):

Oferta operatorului economic **Lokmera SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Caracteristici tehnice / Indexul de culoare ≥ 95 s-a oferit 94

S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 15-30 cm

S-a solicitat Creșterea temperaturii în câmpul operator $< 1^{\circ}\text{C}$ s-a oferit 2°C

Oferta operatorului economic **EDEL MED SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Caracteristici tehnice / Indexul de culoare ≥ 95 s-a oferit 94;

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 12-20 cm;

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 25-30 cm;

Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 16-28 cm;

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 24-33 cm;

Oferta operatorului economic **Ancotec-Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 20-28 cm;

Pentru lotul nr. 13 Lampa chirurgicala cu 2 sateliți (caracteristici de baza)

Oferta operatorului economic **EDEL MED SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Caracteristici tehnice / Indexul de culoare ≥ 95 s-a oferit 94";

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14-25 cm s-a oferit 12 - 20 cm, 12-30 cm;

Oferta operatorului economic **Lokmera SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Indexul de culoare > 95 s-a oferit 94;

S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14-25 cm s-a oferit 15-30 cm

S-a solicitat Creșterea temperaturii în câmpul operator $< 1^{\circ}\text{C}$ s-a oferit $< 2^{\circ}\text{C}$;

Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 25 cm s-a oferit 16-28 cm;

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 24-33 cm;

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **03.08.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG