

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21469463, ocds-b3wdp1-MD-1755845475566							Data: 07.09.2025	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Privind încheierea Acordului-Cadru Achiziționarea Testelor Rapide Antigen Covid-19 pentru 48 luni							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Test Rapid Antigen Covid-19	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	China	AllTest	Ușor de folosit - Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: minim 97% - Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute. - Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene. -Poate fi depozitat la temperatura camerei -Toate componentele testului - inclusiv tampoane sterile - sunt incluse. -Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) - Specificitatea diagnosticului (97 – 100%). Ambalarea până la 25 teste în Cutie	COVID-19 Antigen Rapid Test - imunotest cromatografic rapid pentru detectarea calitativă a antigenelor proteinei nucleocapside SARS-CoV-2. Componentele testului: Casete de testare, Tampoane sterile, Instrucțiuni de utilizare, Buffer de extracție, Tuburi și vârfuri de extracție (opțional), Stație de lucru, Card cu procedura de testare. Rezultatul rapid la 15 minute. Se păstrează ambalat în plicul sigilat, la temperatura camerei sau refrigerat (2-30 °C). Recoltarea probei cu tampon nazal și nazofaringian. Sensibilitate relativă: 97,6%. Specificitate relativă: 99,7%. rezultat negativ la testarea specificității cu diferiți agenți patogeni (CoV-229E, CoV-NL63, CoV-OC43, MERS-CoV, CoV-HKU1, Gripă A H1N1, Gripă A H3N2, Gripă B, VPI tip 2, VPI tip 3, VSR, AdV-3, AdV-7, RV-2, RV-14). Catalog AllTest pag. 3, instrucțiune de utilizare. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000320306.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 07.09.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.