

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21081853 din 11.06.2023**Obiectul de achiziție: Diverse echipamente medicale**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Recirculator bactericid cu raze ultraviolete	DISPOZTTIV PENTRU DEZINFECTIA AERULUI CU UVC NON-OZONE, 120 Nr. DM 000367331 din 15.08.2022 Inregistrarea in AMED	MOLDOVA	LABROMED LABORATOR SRL	conform Specific tehnică deplina solicitata	Dispozitiv pentru dezinfectia aerului din incaperi cu incarcatura microbiana mare prin intermediul radiatiei ultraviolete (flux concentrat de radiatii UV neionizante) non ozone, carcasa din inox. Elaborat pentru sălii de operație, sali de asteptare, laboratoare de microbiologie etc. cu grila pentru protectie personal. Alimentare 220V, 50 Hz. Montabil pe tavan sau perete, Dispozitivul cu o lampa 95W. Debitul de aer dezinfectat 120 m3/ora . Spectru de raze 253,7 nm. Este posibil de folosit ca sistem de ventilare optional. Caracteristici : Nu generează ozon și nu ionizeaza aerul din încăperea. Nu emite substante toxice. Lucrează în prezența pacienților și personalului medical în timp ce funcționează dispozitivul. Carcasa metalică din inox Mod de operare prin telecomanda. Timpul de funcționare a lămpilor 9000 ore. termen de garantie 12 luni	ISO, CE
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23