

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1692617400218 din 1 sept 2023, 12:00 - 21 sept 2023, 14:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea Instrumentarului Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, pentru anul 2023, REPETAT

| Cod CP V | Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard e de referință |
|-----------|---------|---------------------------------|---|-----------------|--------------|---|--|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Bunuri/servicii | | | | | | |
| 3310000-1 | 18 | Telescop | WA2T400A | Japonia | Olympus | Telescop HD, 0 grade, 4mm, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA2T400A sau echivalentul | Telescop HD, 0 grade, 4mm, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA2T400A | CE/ISO |
| 3310000-1 | 19 | Teaca cu obturator | A3551 | Japonia | Olympus | Teaca 22Fr, in set cu obturator, canal 4Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3551 sau echivalentul | Teaca 22Fr, in set cu obturator, canal 4Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3551 | CE/ISO |
| 3310000-1 | 20 | Teaca externa | A3552 | Japonia | Olympus | Teaca externa 26Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3552 sau echivalentul | Teaca externa 26Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3552 | CE/ISO |
| 3310000-1 | 21 | Manson de inserare | A3554 | Japonia | Olympus | Manson de inserare, pentru cateter balon max 18Fr, pentru acces dificil la vezica urinara, Cod de referință: A3554 sau echivalentul | Manson de inserare, pentru cateter balon max 18Fr, pentru acces dificil la vezica urinara, Cod de referință: A3554 | CE/ISO |
| 3310000-1 | 22 | Element de lucru | A3550 | Japonia | Olympus | Element de lucru pentru uretrotom, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3550 sau echivalentul | Element de lucru pentru uretrotom, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3550 | CE/ISO |
| 3310000-1 | 23 | Cutit | WA35055A | Japonia | Olympus | Cutit lanceta tip drept, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA35055A sau echivalentul | Cutit lanceta tip drept, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA35055A | CE/ISO |
| 3310000-1 | 24 | Teaca externa pentru nefroscop | WA33037A | Japonia | Olympus | Teaca externa pentru nefroscop, 25Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA33037A sau echivalentul | Teaca externa pentru nefroscop, 25Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA33037A | CE/ISO |
| 3310000-1 | 41 | Obturator pentru teaca externa | WA33025A | Japonia | Olympus | Obturator pentru teaca externa a nefroscopului Olympus existent in dotare, Cod de referință: WA33025A sau echivalentul | Obturator pentru teaca externa a nefroscopului Olympus existent in dotare, Cod de referință: WA33025A | CE/ISO |
| 3310000-1 | 45 | Seringă Reiner-Alexander | A0555 | Japonia | Olympus | Seringă pentru evacuarea fragmentelor din vezica urinară, 150cc, din sticlă, cu piston metalic, autoclavabilă, cu conector compatibil cu K. Storz. Sau echivalent cu Cod de referință 27218LO Karl Storz. | Seringă pentru evacuarea fragmentelor din vezica urinară, 150ml, din sticlă, cu piston metalic, autoclavabilă, cu conector compatibil cu K. Storz. | CE/ISO |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**