

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1695972461896**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea saltelelor antiescare**

Autoritatea contractanta: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
39522510-5	8	Saltele antiescare	Saltele antiescare	QDC-303 (DM-40)	China	Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.	<p>Saltele antiescare cu pompa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm • inaltimea celulelor: 7-10 cm • Material: PVC • grosimea: minim 0.32 mm • numar de celule: minim 130 • greutatea maxima suportată: minim 130 kg <p>Pompa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Timpul unui ciclu: maxim 7 min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului 	<p>Saltele antiescare cu pompa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiune: 200 x 90 x 7cm • inaltimea celulelor: 7-10 cm • Material: PVC • grosimea: 0.32 mm • numar de celule: 130 • greutatea maxima suportată: 135 kg <p>Pompa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Timpul unui ciclu: maxim 7 min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului 	CE,ISO ,Declaratie de conformitate

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova