

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1621941439948
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 2						
	2.1	Endoscop rigid: 0 grade, 5 mm	26046AA	Germania	Karl Storz	"Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR ""T.Moșneaga"" , tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR ""T.Moșneaga"" , tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului."	"Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR ""T.Moșneaga"" , tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR ""T.Moșneaga"" , tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului."	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316