



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Aurelia Botica Telefonul de contact 022222364E-mail aurelia.botica@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1721140613863 din 21.08.2024

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
49	33100000-1	Hotă cu flux laminar 250100	BSC-3FA2-HA	China	Biobase	Hotă cu flux laminar Cod 250100 Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclde clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Parametri Descriere: Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control: Controlat de microprocesor Sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat Control automat al volumului de flux prezentat Interior: Suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre: HEPA sau ULPA Prefiltru: Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară: Lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV: Pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot: 60dB ≤ Flux aer: 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf): 1.5 10^5 Afajaj: Digital Alimentarea: 220V, 50 Hz Alarmer: Acustică vizuală Capac de închidere a exhaustării: Obligatoriu Set de livrare: Hotă cu filtre Bambă de iluminare	Hotă cu flux laminar Cod 250100 Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclde clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Parametri Descriere: Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control: Controlat de microprocesor, Sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat, Control automat al volumului de flux prezentat. Interior: Suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre: HEPA sau ULPA Prefiltru: Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară: Lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV: Pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot: 60dB ≤ Flux aer: 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf): 1.5 10^5 Afajaj: Digital Alimentarea: 220V, 50 Hz Alarmer: Acustică vizuală Capac de închidere a exhaustării: Obligatoriu Set de livrare: Hotă cu filtre Bambă de iluminare	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	33100000-1	Hotă cu flux laminar 250100	bucată	2	92,100.0000	110,520.0000	184,200.00	221,040.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							184,200.00	221,040.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu