

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1641913557981**

Data: „**11**” **februarie** 2022

Alternativa nr.: **Nu se oferă**

Denumirea licitației:

Achiziționarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat)

Pagina: **1** din **2**

Cod CPV	###	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6		7	8
33100000-1	27	Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta	Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta	TYK05 Eprubeta vacuum 13x100mm, PET cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6ml, cu eticheta	China	NTL Co., Ltd	1. eprubetă cu accelerator cheag+gel separator 2.volum: 6-8 ml 3.cu etichetă; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională)	Eprubeta vacuum 13x100mm, PET, cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6 ml, cu eticheta	CE, ISO
33100000-1	28	Eprubetă cu granule, volum singe 6-8 ml, cu capac, cu eticheta	Eprubetă cu granule, volum singe 6-8 ml, cu capac, cu eticheta	22634 Eprubetă 13x75mm din PP cu granule de separare 6ml	Italia	FL Medical	1. eprubetă cu granule 2.volum: 6-8 ml 3.cu etichetă; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională)	Eprubetă 13x75mm, din PP, cu granule de separare, volum 6ml, cu etichetă, cu capac alb	CE, ISO
33100000-1	29	Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta	Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta	TYK04 Eprubetă vacuum 13x75mm, PET, cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4 ml, cu eticheta	China	NTL Co., Ltd	1. eprubetă cu accelerator cheag+gel separator 2.volum: 4-5 ml 3.cu etichetă; 4.material PET *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională)	Eprubetă vacuum 13x75mm, PET, cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4 ml, cu eticheta	CE, ISO
33100000-1	30	Eprubete sticla P 16	Eprubete sticla P 16	TYG06 Eprubete sticla P 16	China	NTL Co., Ltd	1. material: sticlă P 16 *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională)	Eprubete sticla P 16, 16x150 mm	CE, ISO
33100000-1	31	Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml	Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml	TYG05-2 Eprubete sticla pentru centrifugare gradate 10 ml	China	NTL Co., Ltd	1. material: sticlă 2. gradat *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională)	Eprubete din sticla pentru centrifugare, gradate, volum 10 ml	CE, ISO
33100000-1	32	Eprubete sticlă P 14	Eprubete sticlă P 14	TYG04-1 Eprubete sticlă P 14	China	NTL Co., Ltd	1. material: sticlă P 14 *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională)	Eprubete sticlă P 14, 15x120mm	CE, ISO
33100000-1	34	Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, la(imea - 2,5cm	Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, la(imea - 2,5cm	TY1-7101/2 Lame sticlă 25*75*2mm	China	NTL Co., Ltd	1. material: sticlă 2.dimensiuni: lungimea - 7,5cm, grosimea -2 mm, lățimea - 2,5cm *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională)	Lame de sticlă, lungimea - 7,5cm, lățimea - 2,5cm, grosimea - 2 mm	CE, ISO

33100000-1	35	Lame sticlă ștefuite 25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm	Lame sticlă ștefuite 25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm	TYI-7105 Lame sticlă ștefuite 25*75*1,0 – 1,2mm	China	NTL Co., Ltd	Lame sticlă ștefuite 25*75*1,0 – 1,2mm*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Lame sticlă ștefuite 25*75*1,0 – 1,2mm	CE, ISO
33100000-1	36	Lame sticlă ștefuite 25*75*2,0mm ± 1 mm	Lame sticlă ștefuite 25*75*2,0mm ± 1 mm	TYI-7105/2 Lame sticlă ștefuite 25*75*2mm	China	NTL Co., Ltd	Lame sticlă ștefuite 25*75*2,0mm ± 1 mm*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Lame sticlă ștefuite 25*75*2mm	CE, ISO
33100000-1	44	Pipeta dozator automat,variabile 500-5000 mkl	Pipeta dozator automat,variabile 500-5000 mkl	A3030 Pipeta dozator automat, cu volum variabil 1000-5000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Pipeta dozator automat,variabile 500-5000 mkl *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Pipeta dozator automat, cu volum variabil 1000-5000 mkl	CE, ISO
33100000-1	46	Pipete Paster 1 ml	Pipete Paster 1 ml	TYC22-1 Pipete Paster 1ml, sterilă	China	NTL Co., Ltd	1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 1 ml *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Pipetă Paster, sterilă, din plastic, volum 1 ml, ambalată individual	CE, ISO
33100000-1	58	Stative din plastic pentru 40 eprubete	Stative din plastic pentru 40 eprubete	TYD22 Stativ din plastic pentru 40 eprubete	China	NTL Co., Ltd	Stative din plastic pentru 40 eprubete*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Stativ din plastic pentru 40 eprubete	CE, ISO
33100000-1	59	Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)	Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)	TYK11 Eprubetă vacuum 13x75mm, PET, cu K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)	China	NTL Co., Ltd	Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml), PET *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională).	Eprubetă vacuum 13x75mm, PET, cu K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str. Răzeșilor, 9**