

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1631011541414					Data: „28” Septembrie 2021	Alternativa nr.: _____	
Denumirea procedurii de achiziție:	"Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2021 Suplimentar (Etapa III)"					Lot: _____	Pagina: __din __	
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 4. Proteină bisodiuimetrică								
4	33000000-0	Proteina bisodiuimetrică (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă, sensibilitate 95%, specificitate 98%	CG1005	CHINA	Getein Biotech	Reagenți și consumabile compatibili cu analizatorul FIA 8000	Reagenți și consumabile compatibili cu analizatorul FIA 8000	Declarație de conformitate CE; ISO
Lot 7. Itraconazol								
7	33000000-0	Lot 7. Itraconazol 10 mcg/disc	SD221	INDIA	HiMedia	Specificații standard pentru investigații microbiologice, Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator.	Specificații standard pentru investigații microbiologice, Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sunt de la același producator.	Declarație de conformitate CE; ISO
Lot 8. Nistatina 100 unit/disc								
8	33000000-0	Lot 8. Nistatina 100 unit/disc	SD025	INDIA	HiMedia	Specificații standard pentru investigații microbiologice, Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator.	Specificații standard pentru investigații microbiologice, Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sunt de la același producator.	Declarație de conformitate CE; ISO
Lot 9. Fluconazol 25 mcg/disc								
9	33000000-0	Lot 9. Fluconazol 25 mcg/disc	SD232	INDIA	HiMedia	Specificații standard pentru investigații microbiologice, Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator.	Specificații standard pentru investigații microbiologice, Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sunt de la același producator.	Declarație de conformitate CE; ISO
Lot 10. Imipenem 10 mcg/disc								
10	33000000-0	Lot 10. Imipenem 10 mcg/disc	SD073	INDIA	HiMedia	Specificații standard pentru investigații microbiologice, Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la același producator.	Specificații standard pentru investigații microbiologice, Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sunt de la același producator.	Declarație de conformitate CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9