

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1638363437350</a> din 21 12 21
Obiectul achiziției: <b>Consumabile Secția Endoscopie si Ultrasonografie pentru anul 2022</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Lot 1. Ansa polipectomie ovala	99 05 21 11 22 5	Germania	MTW-endoscopie	Cu diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canula 0.7 mm,ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm. (gastro - colono.)	Cu diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canula 0.7 mm,ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm. (gastro - colono.)	CE,ISO
Lot 2. Ansa polipectomie universala (gastro-colono.)	99 05 20 12 21 1	Germania	MTW-endoscopie	Ansa asimetrica diam-15 mm(la cerere), in canulă transparenta, rotabilă,cu conector lateral de irigare.Lungimea-2300 mm producător. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Ansa asimetrica diam-15 mm(la cerere), in canulă transparenta, rotabilă,cu conector lateral de irigare.Lungimea-2300 mm producător. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	CE,ISO
Lot 6. Canula ERCP controlabila	99 01 37 10 1	Germania	MTW-endoscopie	Controlabila,cu un canal, capătul "Tapered Tip" 5.5 Fr și posibilitatea de a-si schimba unghiul capătului	Controlabila,cu un canal, capătul "Tapered Tip" 5.5 Fr și posibilitatea de a-si schimba	CE,ISO

				distal. lungimea- 200 cm, pentru canal- 2.8 mm	unghiul capătului distal. lungimea- 200 cm, pentru canal- 2.8 mm	
Lot 7. Canula ERCP controlabila	99 01 37 10 1	Germania	MTW-endoscopie	Cu un canal pentru ghid 0,035 inch, porțiunea distala cu posibilitatea de a-si schimba unghiul până la 60 grade, capătul standard sau "tip-bila" lungimea - 210 si mai mult cm, pentru endoscop cu canal - 2.8 mm	Cu un canal pentru ghid 0,035 inch, porțiunea distala cu posibilitatea de a-si schimba unghiul până la 60 grade, capătul standard sau "tip-bila" lungimea - 210 si mai mult cm, pentru endoscop cu canal - 2.8 mm	CE,ISO
Lot 8. Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035	00 44 46	Germania	MTW-endoscopie	Confecționat din nitinol; suprafața spiralata (împletit), rezistent la fracturări, 0,025-0,035 inch; lungimea 450-480 cm; capătul distal moale, drept sau angulat-la cerințe	Confecționat din nitinol; suprafața spiralata (împletit), rezistent la fracturări, 0,025-0,035 inch; lungimea 450-480 cm; capătul distal moale, drept sau angulat-la cerințe	CE,ISO
Lot 12. Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR - NITINOL	SMMB-20T+H	Elvetia	Marflow	Spiralat, 20x30mm-, lungime-215-250cm,diametrul 2,3-2,6mm	Spiralat, 20x30mm-, lungime-215-250cm,diametrul 2,3-2,6mm	CE,ISO
Lot 13. Cos extracteur de calcul/ Baschet	SMMB-30T+HX	Elvetia	Marflow	Multifilamentara,Hexagonala,Basket 30x45mm., pentru litotripsie, lungimea-215-250cm	Multifilamentara,Hexagonala,Basket 30x45mm., pentru litotripsie, lungimea-215-250cm	CE,ISO
Lot 14. Ac pentru puncție – biopsie ecoghidata	SEMI	Elvetia	Marflow	Semi-automat, lungime ac 20 cm,lungime reglabila de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga	Semi-automat, lungime ac 20 cm,lungime reglabila de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga	CE,ISO
Lot 15. Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie	BD-Stent	Cehia	Ella-CS	(biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate) -perioada de degradare 8-12 saptamini, radiopac, diametrul 1,0-2,5cm, lungime 4-12cm	(biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate) -perioada de degradare 8-12 saptamini, radiopac, diametrul 1,0-2,5cm, lungime 4-12cm	CE,ISO
Lot 18. Forceps biopsie gastroscop	99 06 45 02 81 5	Germania	MTW-endoscopie	Diametrul de 2,4-2,8mm, cu ac, lungimea-160cm	Diametrul de 2,4-2,8mm, cu ac, lungimea-160cm	CE,ISO
Lot 19. Forceps biopsie colonoscop	99 06 45 02 81 4	Germania	MTW-endoscopie	Diametrul de 2,8-3,2mm cu ac, lungimea-230cm	Diametrul de 2,8-3,2mm cu ac, lungimea-230cm	CE,ISO

Lot 20. Set mucosectomie	12 MBL5-C-7 + 99 05 20 11 21 6	Germania	MTW- endoscopie	Cu sistem de ligaturare prin bandare elastic 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm	Cu sistem de ligaturare prin bandare elastic 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm	CE,ISO
Lot 21. Ghid metalic pentru 0,025; 0,035	GUIDE WIRE „DUO-SNAP-TIP“, 00 43 46	Germania	MTW- endoscopie	Pentru colangiografie endoscopica, cu acoperire hidrofilică,cu doua capete de lucru-textura moale(lungimea capătului moale până la 10cm)- unul drept si altul angulat, lungimea totala nu mai mica de 260cm	Pentru colangiografie endoscopica, cu acoperire hidrofilică,cu doua capete de lucru-textura moale(lungimea capătului moale până la 10cm)- unul drept si altul angulat, lungimea totala nu mai mica de 260cm	CE,ISO
Lot 22. Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035	GUIDE WIRE „GOLD-STAR“ WITH „SNAP-TIP“ 00 40 46	Germania	MTW- endoscopie	Confecționat din nitinol, cu markeri-inele de platina la fiecare centrimetru, vizibile endoscopic-7 buc si 25 radiologic vizibile;lungimea totala nu mai mica de 450cm, pentru colangiografie endoscopica.	Confecționat din nitinol, cu markeri-inele de platina la fiecare centrimetru, vizibile endoscopic-7 buc si 25 radiologic vizibile;lungimea totala nu mai mica de 450cm, pentru colangiografie endoscopica.	CE,ISO
Lot 23. Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035	Guide Wire Grip-Wire 00 44 46	Germania	MTW- endoscopie	Material-nitinol, Impletit, capă tul distal drept ,d-0,035 inci, lungimea400-460cm	Material-nitinol, Impletit, capă tul distal drept ,d-0,035 inci, lungimea400-460cm	CE,ISO
Lot 25. Papilotom canular biluminar	02 01 01	Germania	MTW- endoscopie	Electrod de tăiere arcat 20- 30 mm,electrod ac-retractabil 10 mm, lungime 2150 mm, directia taerii-ora 11.	Electrod de tăiere arcat 20- 30 mm,electrod ac-retractabil 10 mm, lungime 2150 mm, directia taerii-ora 11.	CE,ISO
Lot 26. Papilotom Tip 3Lumen, lungimea de tăiere 20-25 mm, parțial izolat	SSPH	Elvetia	Marflow	Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de tăiere 20- 25 mm, parțial izolat 25mm,canal pentru ghid de 0,35,diametru 2,45-1,95mm, lungimea nu mai mica de 2150mm.	Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de tăiere 20- 25 mm, parțial izolat 25mm,canal pentru ghid de 0,35,diametru 2,45-1,95mm, lungimea nu mai mica de 2150mm.	CE,ISO
Lot 27. Papilotom precut	99 02 00 11	Germania	MTW- endoscopie	Lungimea 200cm biluminar	Lungimea 200cm biluminar	CE,ISO

				(contrastare+ghid	(contrastare+ghid	
Lot 29. Set endoligaturarea varicelor esofagiene	GF-OVL510	Belgia	G-Flex	Cu un cartuş transparent diam-8,5-11,5mm,cu 10benzi elastice-latex,cu 2 fire de tracţiune si 2 puncte de detaşare a inelelor, firul de tracţiune nu mai mic de 140,0cm	Cu un cartuş transparent diam-8,5-11,5mm,cu 10benzi elastice-latex,cu 2 fire de tracţiune si 2 puncte de detaşare a inelelor, firul de tracţiune nu mai mic de 140,0cm	CE,ISO
Lot 30. Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare	BSST 8-12, SSIS, HYNEG	Germania	MTW-endoscopie	Diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerinţe,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm, puser).	Diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerinţe,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm, puser).	CE,ISO
Lot 31. Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare.	BSS 8-12, SSIS, HYNEG	Germania	MTW-endoscopie	Diametrul 8,5-11, 5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerinţe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	Diametrul 8,5-11, 5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerinţe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	CE,ISO
Lot 32. Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil	Nitinella Plus	Cehia	Ella-CS	Expandabil, cu efect de memorie termică, setul conţine: stent- nitinol si un tub de inserţie teflon de 175 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de re poziţionare în jur de 60%, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu-la cerinte, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci de Aur	Expandabil, cu efect de memorie termică, setul conţine: stent- nitinol si un tub de inserţie teflon de 175 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de re poziţionare în jur de 60%, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit-sau nu-la cerinte, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci de Aur	CE,ISO
Lot 36. Ansa polipectomie	99 05 20 51 21 5	Germania	MTW-endoscopie	Ovala, cu "dinţi' pentru fixare de mucoasa stomacului, colonului; diametrul ansei reglabil -20-40 mm	Ovala, cu "dinţi' pentru fixare de mucoasa stomacului, colonului; diametrul ansei reglabil -20-40	CE,ISO

					mm	
Lot 37. Sonda-set naso-duodenala pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/	NJFT	Elvetia	Marflow	Lungimea mai mare de 250cm,cu ghid metalic-0,35, pentru canalul endoscopului de 3,7-4,2mm	Lungimea mai mare de 250cm,cu ghid metalic-0,35, pentru canalul endoscopului de 3,7-4,2mm	CE,ISO
Lot 38. Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR	PDS-P12-LM	Elvetia	Marflow	Nefrostoma transcutana, ecoghidata 8-18 FrPigtail, transcutan,cu mecanism de fixare,10-12Fr	Nefrostoma transcutana, ecoghidata 8-18 FrPigtail, transcutan,cu mecanism de fixare,10-12Fr	CE,ISO
Lot 39. Capac pentru capătul distal al endoscopului	FM-EC	Korea	Finemedix	Pentru disectie endoscopica, se îmbracă pe capătul distal al endoscopului, cu d-8,5-14mm, din plastic, sau moale la solicitare, cu 2 orificii pentru irigare	Pentru disectie endoscopica, se îmbracă pe capătul distal al endoscopului, cu d-8,5-14mm, din plastic, sau moale la solicitare, cu 2 orificii pentru irigare	CE,ISO
Lot 40. Șervețele viscoza biodegradabila 100%	Phago`Wipes MD	Franta	Chriteyns	100% biodegradabile,cu detergent si dezinfectant, inofensive pentru endoscoape și sonde ultrasonografice (fără alcool ) activ de la 3 min. 100 buc. in set	100% biodegradabile,cu detergent si dezinfectant, inofensive pentru endoscoape și sonde ultrasonografice (fără alcool ) activ de la 3 min. 100 buc. in set	CE,ISO
Lot 41. Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie	V11Axxx	Franta	Lamidey noury	Proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune secția	Proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune secția	CE,ISO
Lot 44. Gel lubrifiant cu anestetic	107.0007	Turcia	Turkuaz	Gel lubrifiant cu anestetic (Lidocaina), steril, flacon 12,5 gr	Gel lubrifiant cu anestetic (Lidocaina), steril, flacon 12,5 gr	CE,ISO
Lot 45. Set conectoare "Olympus"	Soluscope connectors	Franta	Soluscope	Set conectoare endoscop Olympus" cu mașina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , de care dispune secția	Set conectoare endoscop Olympus" cu mașina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , de care dispune secția	CE,ISO
Lot 51. Electrode -cuțit pentru disectie endoscopica	FM-EK	Korea	Finemedix	Lungimea 185-230 cm, d-1,8-2,6mm, capătul distal in forma de "cârlig" sau	Lungimea 185-230 cm, d-1,8-2,6mm, capătul distal in forma	CE,ISO

				alta forma la solicitare	de "cârlig" sau alta forma la solicitare	
Lot 54. Test Ureazic Helicobacter Pylori	UFT 300	Finlanda	Biohit	Test rapid (lichid), citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, păstrarea la temperatura camerei.	Test rapid (lichid), citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, păstrarea la temperatura camerei.	CE,ISO
Lot 55. Electrode pasiv	VPLA2	Franta	Lamidey noury	Electrod pasiv de o singura folosință, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune secția	Electrod pasiv de o singura folosință, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune secția	CE,ISO
Lot 56. Gel lubrifiant	101.0004	Turcia	Turkuaz	Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) în flacoane de 250 ml cu pompa.	Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) în flacoane de 250 ml cu pompa.	CE,ISO
Lot 57. Soluție pentru curățarea și dezinfectarea sondelor USgrafice, fără alcool	Phago`Spore	Franta	Christeyns	Flacon 750- 800 ml, cu pompa, Substanța activa, acid per acetic, peroxid de hidrogen. Nu conține alcool. Efect anti microbial: virucid, bactericid, fungicid, sporicid	Flacon 750- 800 ml, cu pompa, Substanța activa, acid per acetic, peroxid de hidrogen. Nu conține alcool. Efect anti microbial: virucid, bactericid, fungicid, sporicid	CE,ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director  
Ofertantul: ERICON SRL Adresa: Vasile Lupu 6, Durlesti

**Specificații tehnice (F4.2)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

**Numărul licitației:** ocds-b3wdp1-MD-1638363437350

IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moșneaga”

Data: 21 12 21

Lot: \_\_\_\_\_

**Denumirea licitației:** 2021, Consumabile pentru Secția Endoscopie și Ultrasonografie pentru anul 2022

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Lot 1. Ansa polipectomie ovala	Bucată	25	2 916,67	3 500,00	72 916,67	87 500,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	2	2. Ansa polipectomie universala (gastro-colono.)	Bucată	25	233,33	280,00	5 833,33	7 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	6	6. Cannula ERCP controlabila	Bucată	5	3 125,00	3 750,00	15 625,00	18 750,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	7	7. Cannula ERCP controlabila	Bucată	20	3 000,00	3 600,00	60 000,00	72 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	8	8. Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035	Bucată	20	2 500,00	3 000,00	50 000,00	60 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	12	12. Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR-NITINOL	Bucată	25	1 166,67	1 400,00	29 166,67	35 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	13	13. Cos extracteur de calcul/ Baschet	Bucată	10	1 250,00	1 500,00	12 500,00	15 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	14	14. Ac pentru puncție – biopsie ecoghidata	Bucată	1	787,04	850,00	787,04	850,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	15	15. Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie	Bucată	1	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	18	18. Forceps biopsie gastroscop	Bucată	50	133,33	160,00	6 666,67	8 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	19	19. Forceps biopsie colonoscop	Bucată	50	133,33	160,00	6 666,67	8 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	20	20. Set mucosectomie	Bucată	20	6 833,33	8 200,00	136 666,67	164 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	21	21.1 Ghid metalic pentru 0,025; 0,034	Bucată	10	4 583,33	5 500,00	45 833,33	55 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	22	22.1 Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,034	Bucată	20	4 583,33	5 500,00	91 666,67	110 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	23	23. Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035	Bucată	10	4 583,33	5 500,00	45 833,33	55 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	25	Lot 25. Papilotom canular biluminar	Bucată	1	4 000,00	4 800,00	4 000,00	4 800,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	26	Lot 26. Papilotom Tip 3Lumen, lungimea de tăiere 20-25 mm, parțial izolat	Bucată	49	1 500,00	1 800,00	73 500,00	88 200,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	27	Lot 27. Papilotom precut	Bucată	5	966,67	1 160,00	4 833,33	5 800,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	29	29. Set endoligaturarea varicelor esofagiene	Bucată	75	2 777,78	3 000,00	208 333,33	225 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	30	30. Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare	Bucată	10	1 416,67	1 700,00	14 166,67	17 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	31	31. Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare .	Bucată	25	1 416,67	1 700,00	35 416,67	42 500,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	32	32. Stent biliar metalic(nichel-titanium)-expandabil	Bucată	3	15 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii



Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	36	Lot 36. Ansa polipectomie	Bucată	20	791,67	950,00	15 833,33	19 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	37	Lot 37. Sonda-set naso-duodenala pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/	Bucată	15	791,67	950,00	11 875,00	14 250,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	38	Lot 38. Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR	Bucată	1	1 666,67	2 000,00	1 666,67	2 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	39	Lot 39. Capac pentru capătul distal al endoscopului	Bucată	50	233,33	280,00	11 666,67	14 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	40	40. Servetele viscoza biodegradabila 100%	Set	15	222,22	240,00	3 333,33	3 600,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	41	41. Proba argon pentru colonoscopie	Bucată	2	6 916,67	8 300,00	13 833,33	16 600,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	44	44.1 Gel lubrifiant cu anestetic	Bucată	10	25,93	28,00	259,26	280,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	45	45.1 Set conectoare "Olympus"	Set	2	12 833,33	15 400,00	25 666,67	30 800,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	51	51.1 Electrode -cutit pentru dissecție endoscopica	Bucată	15	5 000,00	6 000,00	75 000,00	90 000,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-0	54	54. Test Ureazic Helicobacter Pylori	Bucată	200	75,93	82,00	15 185,19	16 400,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-1	55	55.1 Electrode pasiv	Bucată	100	43,33	52,00	4 333,33	5 200,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
33100000-0	56	56.1 gel lubrifiant	Bucată	10	48,15	52,00	481,48	520,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-0	57	57.1 Soluție pentru curățarea și dezinfectarea sondelor USgrafice, fără alcool	Bucată	20	90,00	97,20	1 800,00	1 944,00	Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 zile din data comenzii
<b>Suma totala</b>							1 172 246,30	<b>1 364 894,00</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlești mun. Chisinau