

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,]

Numărul procedurii de achiziție 21045627 din 28.10.2021
Obiectul achiziției: achiziționarea echipamentului fizioterapeutic

Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3
Aparat pentru terapie cu câmp de frecvență înaltă, sau aparat cu unde ultrasonice (Fc 27,12 MHz)	Conform cerințelor caietului de sarcini	UVC-60, Medteko Tensiunea de alimentare în rețea 220V Frecvența rețelei 50 Hz Caracteristica tehnică, puterea de lucru (10;15;20)±20% (30;40;50;60) ±10% - Timpul programabil pentru tratament minim 1-3 min Frecvența aparatului 27,12 MHz ± 0,163 MHz Regim de lucru - timp lucru - pauză 6 ore 20 min 10 min – Gama de setare a temporizatorului 0-99 min Complex de livrare: Unitate electronică 1 buc. Suport pentru electrozi 2 buc. Cablul de alimentare standard european 1 buc Indicator pentru aparat cu unde ultrasonice 1 buc. Electrozi cu diametru 36 mm 2 buc. Electrozi cu diametru 80 mm 2 buc. Electrozi cu diametru 120 mm 2 buc. Manual de operare (pașaport) 1 buc.
Aparat pentru electroterapie de frecvență joasă	Conform cerințelor caietului de sarcini	Alesculap 5, Medteko Tensiunea de alimentare în rețea 220V Frecvența rețelei 50 Hz - Regim CSM, CDD, Curenți terapeutici (somn electric, electroanalgezie transcraniană etc.), Curent continuu, Curenți fluctuizanți

		- Intensitatea maxima la pacient la curent continuu 80 mA - Tipuri de funcționare CSM - Diapazonul reglării frecvenței CSM diapazonul de modulare CSM coeficientul de modulare CSM I, II, III, IV, V 2-10kHz $\pm$ 10% 1-150 Hz $\pm$ 10% 1-125% - Regim de lucru 8 ore - Timpul pentru selectarea duratei sesiunii minim 1 min - Durata medie de funcționare a dispozitivului cel puțin 5 ani - Complex de livrare - Unitatea electronică 1 buc. - Cablu de alimentare standard european 1 buc. - Electrozi 1 buc. solitar - Electrozi 1 buc. Bifurcat - Mască pentru somn electric 1 buc. - Manual de operare (pașaport) 1 buc
Aparat pentru terapia cu ultrasunet (pentru instituțiile medicale)	Conform cerințelor caietului de sarcini	Sonaris S, Astar Aparat pentru terapie cu ultrasunet cu 2 canale Tensiunea de alimentare în rețea 220-230V - Frecvența rețelei 50 Hz - Energia consumată din rețea 40W - Frecvență de lucru 1-3,5 MHz $\pm$ 1% - Regimul de emisie Continuu și pulsativ - Frecvența impulsurilor 16-100 Hz - Puterea continua 2,5 W/cm² - Puterea de vârf 2.5 W/cm² - Timpul de lucru la o procedură 1 – 30 min - Emițător 1: 1cm² - Emițător 2: 4cm² - Durata medie de funcționare a dispozitivului cel puțin 5 ani - LCD color Min. 4" - La pierderea contactului cu pacientul, va emite semnal vizual si sonor Da - Va dispune de diferite tipuri de programe salvate pentru proceduri Da Complex de livrare : - Unitatea electronică 1 buc. - Cablu de alimentare standard european 1 buc. - Sonde cu suprafață de emisie 1cm² 4 cm² 1 buc. 1 buc. - Manual de operare (pașaport) 1 buc.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2