

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1583225347715	Data: 24.03.2020	
Denumirea licitației:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale.	Lot: 3,7,9.	Pagina: _1_din _2_

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Lotul 3: Compresor BOTTARINI KS-124					
3.1	50421000-2	Compresor BOTTARINI KS-124	<ul style="list-style-type: none"> -Schimbare ulei tip AEON 3000 la următoarele temperaturi ale compresorului (> 93°C la 1000h, 88-92°C la 2000h, 70-88°C la 3000h (ulei inclus) x 4ori/an; -Schimbare filtru ulei (filtru inclus) x 4ori/an; -Schimbare filtru aer (filtru inclus) x 4ori/an; -Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x 4ori/an; -Schimbare valvă de admisie aer de la blocul ENDURO 25 (la necesitate); -Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate; -Reparația blocului ENDURO 25 la fiecare 35000h (piese p/u reparație incluse); -Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei, x 2ori/an; - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; -Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. 	<ul style="list-style-type: none"> -Schimbare ulei tip AEON 3000 la următoarele temperaturi ale compresorului (> 93°C la 1000h, 88-92°C la 2000h, 70-88°C la 3000h (ulei inclus) x 4ori/an; -Schimbare filtru ulei (filtru inclus) x 4ori/an; -Schimbare filtru aer (filtru inclus) x 4ori/an; -Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x 2 ori/an; -Schimbare valvă de admisie aer de la blocul ENDURO 25 (la necesitate); -Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate; -Reparația blocului ENDURO 25 la fiecare 35000h (piese p/u reparație incluse); -Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei, x 2ori/an; - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; -Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. 	
Lotul 7: Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550					
7.1	50421000-2	Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550	<ul style="list-style-type: none"> -Demontare supape pneumatic admisie oxigen x 2ori/an; -Demontare supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; -Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; -Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen x 2ori/an; -Schimbare sensor de oxigen (sensor O2 inclus) la 	<ul style="list-style-type: none"> -Demontare supape pneumatic admisie oxigen x 2ori/an; -Demontare supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; -Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie aer x 2ori/an; -Curățare și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen x 2ori/an; -Schimbare sensor de oxigen (sensor O2 inclus) la 	

			necesitate; –Schimbare filtru INMATEC nou x 2ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC x 2ori/an; - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	necesitate; –Schimbare filtru INMATEC nou x 2ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC x 2ori/an; - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	
Lotul 9: Uscător aer M.T.A. S.p.A. DE 120					
9.1	50421 000-2	Uscător aer M.T.A. S.p.A. DE 120	–Demontare, verificare și curățare filtru aer tip M, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer tip S, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer tip A, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer preuscător, schimbare noi x 1ori/an; –Curățarea radiatorului cu jet de aer comprimat x 2ori/an. Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	–Demontare, verificare și curățare filtru aer tip M, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer tip S, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer tip A, schimbare noi x 2ori/an; – Demontare, verificare și curățare filtru aer preuscător, schimbare noi x 1ori/an; –Curățarea radiatorului cu jet de aer comprimat x 2ori/an. Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: MolDan- Service SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev 16