

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1561363162225

Denumirea procedurii de achiziție: Procedura de achiziție pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 48 Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900						
	48.1	Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900	000000-1277-220	Germania	Carl Zeiss	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligativiu cu instalare și resetare contor. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție: minim 1000 ore de lucru. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui producător.	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligativiu cu instalare și resetare contor. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție: minim 1000 ore de lucru. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui producător.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316