

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1769424966543/21555995 conform SIARSAP M-Tender din 26 ian 2026
Obiectul achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
11. Analizator bacteriologic						
11.1. Analizator bacteriologic BACT- ALERT 3D, Biomerieux SA (2023)	BACT- ALERT 3D	SUA	bioMérieux Inc.	11.1. Analizator bacteriologic BACT- ALERT 3D, Biomerieux SA (2023). Intervenții nelimitate în caz de defecțiuni accidentale (deplasare, manoperă); curățare filtre, lubrifiere părți mecanice (la necesitate); calibrare dispozitiv; testare performanță; instruire utilizatori (la necesitate); Actualizare și reinstalare software la necesitate; Test de performanță a acumulatorilor interni de la UPS; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice. <u>Numărul de vizite per an – 2.</u>	11.1. Analizator bacteriologic BACT- ALERT 3D, Biomerieux SA (2023). Intervenții nelimitate în caz de defecțiuni accidentale (deplasare, manoperă); curățare filtre, lubrifiere părți mecanice (la necesitate); calibrare dispozitiv; testare performanță; instruire utilizatori (la necesitate); Actualizare și reinstalare software la necesitate; Test de performanță a acumulatorilor interni de la UPS; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice. Numărul de vizite per an – 2.	Conform anunțului de participare pct. 16. Conform indicațiilor producătorului
11.2. Analizator bacteriologic VITEK 2COMPACT, Biomerieux (2011)	VITEK® 2 COMPACT	SUA	bioMérieux Inc.	11.2. Analizator bacteriologic VITEK 2COMPACT, Biomerieux (2011). Verificare si calibrarea pompei de vacuum; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Curățarea sistemului mecanic caroseria; Curățarea sistemului pentru casete; Calibrarea dispozitivului; Actualizare și reinstalare software la necesitate; Test de performanță a acumulatorilor interni de la UPS; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. <u>Numărul de vizite per an – 2.</u>	11.2. Analizator bacteriologic VITEK 2COMPACT, Biomerieux (2011). Verificare si calibrarea pompei de vacuum; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Curățarea sistemului mecanic caroseria; Curățarea sistemului pentru casete; Calibrarea dispozitivului; Actualizare și reinstalare software la necesitate; Test de performanță a acumulatorilor interni de la UPS; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 2.	Conform anunțului de participare pct. 16. Conform indicațiilor producătorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: Director
Ofertantul: SRL "Mediclim AM" Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1