



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21634377 din 16.06.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 26)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 4					
Microtom semiautomat	MRS 3500	Italia HISTO-LINE LABORATORIES	Descriere Microtom semi-automat de laborator utilizat pentru a tăia secțiuni extrem de subțiri din materiale, probe biologice, pentru a pregăti mostre a microscopiei de înaltă rezoluție. Parametrul Specificația: Reglaj fin al grosimii de sectionare, μm minim 0.5 – 100 μm ; Reglaj secțiune fină: 0,5 μm Reglaj grosime de fasonare prin intermediul motorului (Trimming), μm minim 5-500 μm ; Mecanismul de alimentare orizontală minim 28 mm, ± 3 mm; Cursa verticala specimen minim 70 mm; Retracție specimen automată și dezactivabilă Sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas; Sistem de control variabil al vitezei de avansare da, minim 3 viteze; Funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare; Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție;	Descriere Microtom semi-automat de laborator utilizat pentru a tăia secțiuni extrem de subțiri din materiale, probe biologice, pentru a pregăti mostre a microscopiei de înaltă rezoluție. Parametrul Specificația: Reglaj fin al grosimii de sectionare, μm minim 0.5 – 100 μm ; Da, pag.5/9 „Data Sheet” Reglaj secțiune fină: 0,5 μm Da, pag.5/9 „Data Sheet” Reglaj grosime de fasonare prin intermediul motorului (Trimming), μm minim 5-500 μm ; Da, pag.8/9 „Data Sheet” Mecanismul de alimentare orizontală minim 28 mm, ± 3 mm; Da, pag.8/9 „Data Sheet” Cursa verticala specimen minim 70 mm; Da, pag.8/9 „Data Sheet” Retracție specimen automată și dezactivabilă Da, pag.8/9 „Data Sheet” Sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas; Da, pag.5/9 „Data	DM000682737

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Orientare precisa specimen: verticala, orizontala minim $\pm 8^\circ$, de rotatie 360°; Adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen; Potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie; Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen; Panou de control multifuncțional ce include tastatură și butoane pentru selecția ușoară a grosimii secțiunii, modului de secționare, controlul vitezei, funcția de memorie și opțiuni de meniu; Ghidaje fără întreținere, cu rulmenți de precizie Compatibil lame low profile și high profile Tensiune de alimentare 230/240 V Frecvență nominală 50/60 Hz Accesorii: - Tava detașabilă pentru resturi cu suport ergonomic pentru mână da, 1 buc - Husa antipraf da, 1 buc - Ulei de ungere da, 1 buc - Perie cu magnet da, 1 buc - Suport casete standard, obligatoriu - Suport lamă low profile da, 1 buc - Suport lamă high profile da, 1 buc - Cuțite low profile da, 2 seturi - Cuțite high profile da, 2 seturi Altele: Termen de garanție ≥ 24 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și post-garanție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da	Sheet” Sistem de control variabil al vitezei de avansare da, minim 3 viteze; Da, pag.8/9 „Data Sheet” Funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare; Da, pag.7/9 „Data Sheet” Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție; Da Orientare precisa specimen: verticala, orizontala minim $\pm 8^\circ$, de rotatie 360°; Da, pag.8/9 „Data Sheet” Adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen; Da, pag.4/9 „Data Sheet” Potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie; Da, pag.4/9 „Data Sheet” Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen; Da, pag.4/9 „Data Sheet” Panou de control multifuncțional ce include tastatură și butoane pentru selecția ușoară a grosimii secțiunii, modului de secționare, controlul vitezei, funcția de memorie și opțiuni de meniu; Da, pag.6/9 „Data Sheet” Ghidaje fără întreținere, cu rulmenți de precizie Da Compatibil lame low profile și high profile Da, pag.5/9 „Data Sheet” Tensiune de alimentare 230/240 V Da, pag.8/9 „Data Sheet” Frecvență nominală 50/60 Hz Da, pag.8/9 „Data Sheet” Accesorii: - Tava detașabilă pentru resturi cu suport ergonomic pentru mână, 1 buc Da, inclus in oferta - Husa antipraf da, 1 buc Da, inclus in oferta - Ulei de ungere da, 1 buc Da, inclus in oferta - Perie cu magnet da, 1 buc Da, inclus in oferta - Suport casete standard, obligatoriu Da, inclus in oferta - Suport lamă low profile da, 1 buc Da, inclus in oferta - Suport lamă high profile da, 1 buc Da, inclus in oferta	
--	--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Manual de utilizare: În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (engleză).	- Cuțite low profile da, 2 seturi Da, inclus in oferta - Cuțite high profile da, 2 seturi Da, inclus in oferta Altele: Termen de garanție ≥ 24 luni Da Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Da Instalarea și testarea la locul necesar Da Transportarea și livrarea la locul necesar Da Deservire în perioada de garanție și post-garanție da Da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Da Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Da Manual de utilizare: În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Da Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (engleză). Da	
Lot 8					
Cântar electronic pentru adulți (220V)	27289	Italia Gima	Cîntar electronic pentru adulți (220V) Cod 130710 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu	Cîntar electronic pentru adulți (220V) Cod 130710 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății DA, pag. „Catalog” Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg DA, pag. „Catalog” Precizie ≤ 100 gr DA, pag. „Catalog” Pornirea/Închiderea Automată DA, pag. „Catalog” Ecran LCD ≥ 65x25mm DA, pag. „Catalog” Alimentare rețea 220V, 50Hz DA, pag. „Catalog” Autocalibrare obligatoriu DA, pag. „Catalog”	Declaratie de conformitate
Lot 9					
Autoclav cu încărcare orizontală	ADELA 2CKK	Turcia Sumer	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care	DM000239431

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea și scoaterea cassetelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a cassetelor nesterile și zona sterilă 2 uși Posibilitatea de blocarea a unei uși in caz de necesitate Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire obligatoriu Alarmer acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la scaderea sfârșitului procesului de sterilizare obligatoriu Suprafața exterioară să nu se încălzească Imprimantă termică obligatoriu Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu	generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Da, pag.25 „User Manual” Încărcarea și scoaterea cassetelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a cassetelor nesterile și zona sterilă 2 uși Da, pag.45 „User Manual” Da, E11/E12 pag.57 „User Manual” Da, pag.2 „User Manual” Posibilitatea de blocarea a unei uși in caz de necesitate Da Construcția interioară din oțel inox Da, pag.35 „User Manual” Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Da, pag.35 „User Manual” Securitate la supraîncălzire obligatoriu Da, pag.31 „User Manual” Alarmer acustică, vizuală Da, pag.30 „User Manual” Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Da, pag.54 „User Manual” Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Da, pag.35 „User Manual” Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu Da, pag.35 „User Manual” Control electronic Microprocesor Da, pag.31 „User Manual” Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Da, pag.79 „User Manual” Ușa rămâne blocată până la scaderea sfârșitului procesului de sterilizare obligatoriu Da, pag.31 „User Manual”	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: diapazon minim 115 - 134 grade C Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare obligatoriu Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor obligatoriu "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit " să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Înregistrator date obligatoriu Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura, presiunea Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	Suprafata exterioara să nu se încălzească Da, pag.26,,User Manual'' Imprimantă termică obligatoriu Da, pag.34 „User Manual'' Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Da, pag.27 „User Manual'' Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Da, pag.27 „User Manual'' Ciclul de strilizare Da, pag.27 „User Manual'' Ciclul de presiune pozitivă Da, pag.27 „User Manual'' Ciclul de vacuum Da, pag.35 „User Manual'' Pre și post vacuum selectabil Da, pag.53 „User Manual'' Sistem de uscare obligatoriu Da, pag.52/23 „User Manual'' Facilități de setare timp Da, pag.53/54 „User Manual'' temperatura Da, pag.53/54 „User Manual'' eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Da, pag.30,,User Manual'' Volum interior 100 l, ± 10 l Da, pag.2 „User Manual'' Rafturi minim 2 buc Da, inclus in oferta Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Da, pag.30 „User Manual'' Gama de temperatură: diapazon minim 115 - 134 grade C Da, pag.79 „User Manual'' Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Da, pag.79 „User Manual'' Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare obligatoriu Da, conectare la conductele de apă și canalizare a institutiei Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor obligatoriu "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit " Da, Gheizer Light să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni	
--	--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Da, inclus in oferta Înregistrator date obligatoriu Da, pag.29 „User Manual” Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura, presiunea Da, pag.29 „User Manual” Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz Da, pag.79 „User Manual”	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificatii de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21634377 din 16.06.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 26)

Cod CP V	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	4	Microtom semiautomat	Buc.	5	256 000,00	307 200,00	1 280 000,00	1 536 000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;	Conform SIA RSAP
	8	Cântar electronic pentru adulți (220V)	Buc.	25	5 295,00	6 354,00	132 375,00	158 850,00		
	9	Autoclav cu încărcare orizontală	Buc.	2	388 500,00	466 200,00	777 000,00	932 400,00		
TOTAL							2 189 375,00	2 627 250,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.