



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul licitației: LP nr. 21484436
Denumirea licitației: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocids-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 ”privind încheierea acordului-cadru – Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027” (reofertare 6)

Nr. Lot	Denumire Lot / Poziție	Modelul articolului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
80	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	CM-6MT + rotor 24 Tub	Elmi-Tech	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă – DA, broșură Maximală, rpm ≥ 3500 – DA, broșură Setări setarea vitezei – DA, broșură Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 12 ml, DA, broșură Numărul de tuburi 24 unitati – DA, broșură Timer Diapazon minim de timp 1 - 99 min, pag. 3 Manual utilizare Incrementarea ≤ 1 min – DA, pag. 3 Manual utilizare	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comercială Română Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului – DA, broșură Indicatori Indicarori vizual și acustic – DA, broșură Debalansare – DA, broșură Pornire/oprire – DA, broșură Capac deschis – DA, broșură Display Digital – DA, broșură Nivelul de zgomot ≤ 65 dB – DA, broșură Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare – DA, broșură	
110	Microscop binocular, simplu 250200	B-292	Italia Optika Srl	Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscoape binoculare profesionale, destinate utilizării în laboratoarele spitalelor. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă LED Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea	Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscoape binoculare profesionale, destinate utilizării în laboratoarele spitalelor. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă LED – DA, pag. 6, 10 Broșură Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y – DA, pag. 10 Broșură Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen – DA, pag. 10 Broșură Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) – DA, pag. 10 Broșură Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei – DA, pag. 5, 10 Broșură Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe – DA, pag. 10 Broșură Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler – DA, pag. 2 Broșură Tub binocular cu unghi de înclinare 30° – DA, pag. 10 Broșură	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticlă	cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; – DA, pag. 10 Broșură Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) – DA, pag. 10 Broșură Unitatea de alimentare încorporată – DA, pag. 4, 10 Broșură Accesorii Ulei de imersie – o sticlă – DA, cod 15008	
146	Spirograf 260500	Spirolab 911080	Italia M.I.R. Srl	Spirograf Cod 260500 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatori Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV Printer incorporat Memorie nu mai puțin de 500 teste grafice memorate Transfer obligatorite la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatorire software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0-8$ l Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Afișaj Alfanumeric Control taste alfanumerice Display touchscreen, obligatoriu	Spirograf Cod 260500 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil – DA Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie – DA Parametri măsurați FVC, FEV1, MVV, FEV1/FVC, Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te, IC, IRV, ERV, TV – DA, Datasheet Printer incorporat – DA Memorie - 10000 teste grafice memorate, pag. 15 Manual utilizare Transfer obligatorite la PC teste pacient – DA verificare aparat – DA, posibilă verificarea calibrării pe dispozitiv și prin software up-graobligatorire software – DA, pag. 35 Manual utilizare Dispozitivul de măsură bidirecțional – DA, Datasheet Diapazonul de volum - 10 litri, Datasheet Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s – DA, Datasheet	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				min. 5 inch, obligatoriu Interfața PC obligatori Port USB obligatori Baterie interna min. 4 ore, obligatoriu Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare" Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric ≥ 1 buc. Hîrtie ≥ 20 buc.	Eroarea la volum - 2%, Datasheet Eroarea la flux - 5%, Datasheet Afișaj Alfanumeric – DA, Datasheet Control taste alfanumerice – DA, Datasheet Display touchscreen, obligatoriu – DA, Datasheet min. 5 inch, obligatoriu – DA, 7 inch, Datasheet Interfața PC obligatori – DA, pag. 15 Manual utilizare Port USB obligatori – DA, pag. 3 Manual utilizare Baterie interna - 10 ore, Datasheet Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile – DA Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz – DA Accesorii Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare" – DA, cod 91000410 Seringă de calibrare – DA, cod 919000 Clește pentru nas tip adult ≥ 1 buc. , cod 910320 Clește pentru nas tip pediatric ≥ 1 buc., cod 910322 Hîrtie ≥ 20 buc., cod 910350	
181	Distilator cu mono distilare 4L 270410	MDD-8000	Turcia Mikrotest	Distilator cu mono distilare 4L Cod 270410 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l	Distilator cu mono distilare 4L Cod 270410 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l - DA, pag. 1-2 Broșură Capacitatea de distilare ≥ 4 l/h - DA, pag. 1-2 Broșură	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Capacitatea de distilare ≥ 4 l/h Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate" Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 μS/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare" Filtru pentru filtrare mecanică, 1μm min. 8 buc. "Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.	Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate" - DA, pag. 1-2 Broșură Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox - DA, pag. 1-2 Broșură Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă - DA, pag. 1-2 Broșură pH în diapazon de 5,0 – 7 - DA, pag. 1-2 Broșură Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 μS/cm - DA, pag. 1-2 Broșură Modul de operare continuu - DA, pag. 1-2 Broșură Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu - DA, pag. 1-2 Broșură Alimentare 220 V- 50 Hz - DA, pag. 1-2 Broșură "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare" - DA Filtru pentru filtrare mecanică, 1μm min. 8 buc. "Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule - DA Filtru de clor min. 4 buc. - DA	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
 Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1