

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22
 la Documentatia standard nr 115
 din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

 Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1772191440713_27.02.2026**

 Obiectul achiziției: **Servicii de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2026 (loturile neachiziționate).**

Denumirea serviciilor	Denumirea / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 4: Sterilizator Memmert SF750 plus	Servicii de mentenanță, diagnostic și reparație a sterilizatorului SF750 plus			Servicii de mentenanță, diagnostică și reparație a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea	Se oferă servicii de mentenanță, diagnostică și reparație a sterilizatorului SF750 plus de 4 ori pe an (odată la 3 luni), inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb sunt originale si compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, Laboratorium Grup garantează funcționalitatea dispozitivelor și	

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Denumirea serviciilor	Denumirea / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
				defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	înlăturarea defecțiunilor apărute (Garanția nu acoperă alte eventuale defecțiuni care pot să apară ulterior fără a avea legătură cu reparația inițială). TERMEN DE EXECUTIE: timp de raspuns maxim 24h dupa primirea comenzii la o data stabilita de comun acord cu beneficiarul. Remedierea avariei se face pe loc daca nu sunt necesare piese de schimb sau imediat dupa primirea piesele de schimb de la producator in cazul in care sunt necesare piese ce se comanda. Prețul pentru servicii nu include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte (de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Serviciul include manopera pentru mentenanța recomandată de producător (MEMMERT), diagnosticul și reparația defectelor. Prețul pentru servicii include de asemenea și consumabilele necesare (de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.).	

Complete Laboratory SolutionsPlanning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Operațiuni care se vor executa la vizita de întreținere:

- › Se identifică avaria și se stabilește modul în care aceasta se remediază.
- › Se înlocuiesc piesele defecte și se verifică parametrii de funcționare în conformitate cu indicațiile producătorului.
- › Se completează un Proces Verbal de Service în care se vor stipula operațiunile efectuate, piesele utilizate, numărul de ore de service facturabile și distanța parcursă până la locația beneficiarului.

GARANTIE LUCRARE EXECUTATA: 6 luni pentru reparația executată - garanția nu acoperă alte eventuale defecțiuni care pot să apară ulterior fără a avea legătură cu reparația inițială.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău
Tel/Mob: +37360999911 Data: 15.03.2026