

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1722595239628 din 02.08.2024						
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale și a mobilierului medical conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (IMSP Policlinica de Stat și IMSP Spitalul Raional Ungheni)						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 2 Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă.						
Lot nr. 2 Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă.	Model Multitronic MT3 AMDM DM000674816	Polonia	EIE	" Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. 1.Moduri de terapie: min. 5 2.Frecvența purtătoarei sinusoidale: 5000 ±100 Hz. 3.Frecvența tensiunii de modulare: min. 10... 150 Hz. 4.Regimuri discrete de funcționare: 0, 25, 50, 75, 100%. 5.Alimentare: 220V, 50Hz. 6. Accesorii: Electrozi pacient: 2 seturi. "	<u>Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă.</u> Moduri de terapie: 5 - DA, pag 8; Frecvența purtătoarei sinusoidale: 5000±100Hz - DA, pag.55, Frecvența tensiunii de modulare : 10... 150 Hz - DA, pag 62, 64; Regimuri discrete de funcționare : 0, 25, 50, 75,100%. - DA, pag.66, pag.73 Alimentare: 220V, 50Hz. - DA, pag 17; Accesorii: Electrozi pacient: 2 seturi - DA;	
Lot nr. 3 Pulsoximetru de buzunar						
Lot nr. 3 Pulsoximetru de buzunar	Model SONOSAT F02T AMDM DM000305460	China	JIANGSU KONSUNG BIO MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOG Y., LTD	"Display – LED, Valori măsurate: pulsul, SpO2; Oprire automată; autoreglare pentru diferite dimensiuni ale degetului; operarea cu un singur buton, alimentare 2 baterii.	<u>Pulsoximetru de buzunar</u> Display LED - DA; Valori măsurate: pulsul, SpO2 - DA; Oprire automată - DA; Autoreglare pentru diferite dimensiuni ale degetului - DA; Operarea cu un singur buton - DA; Alimentare 2 baterii - DA; Broshura F02T.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3