

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710340453133 din 18.03.2024

Obiectul achiziției: Serviciilor de deservire a stației de oxigen medical INMATEC-PO, pentru anul 2024 (Repetat)

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire a stației de oxigen medical INMATEC-PO, pentru anul 2024 (Repetat)	INMATEC - PO	Germania	INMATEC	Demontarea și verificarea supape pneumatice admise oxigen Demontarea și verificarea supape pneumatice admise aer Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise aer Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise oxigen Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimbare separator Etalonare și verificare totală a generatorului de oxigen Schimb ulei Demontare, verificare și curățare filtru aer Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei Verificare și etalonare presostat Etalonare și verificare senzori Verificare soft Actualizare soft Verificarea indicatoarelor de eroare și alarmare (doar pentru controlor)	Demontarea și verificarea supape pneumatice admise oxigen Demontarea și verificarea supape pneumatice admise aer Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise aer Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise oxigen Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimbare separator Etalonare și verificare totală a generatorului de oxigen Schimb ulei Demontare, verificare și curățare filtru aer Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei Verificare și etalonare presostat Etalonare și verificare senzori Verificare soft Actualizare soft Verificarea indicatoarelor de eroare și alarmare (doar pentru controlor)	Certificate de training

				Verificarea și curățarea purjelor rezervorului de aer Verificarea funcționării purjei de drenaj a condensului Verificarea nivelului de ulei Curățarea radiatoarelor pe exterior Verificarea funcționării valvei de siguranță Verificarea scurgerilor de ulei Curățarea interiorului compresorului Verificarea furtunului de retur al uleiului Verificarea cablurilor circuitelor de forță ale motorului Verificarea curelelor și fuliilor Verificarea temperaturii Verificarea termostatlui Verificarea compresorului de răcire Verificarea presiunii de intrare și ieșire Curățarea interioară a uscătorului Etalonarea și verificarea totală a compresorului de răcire Verificare cabluri și conexiuni electrice	Verificarea și curățarea purjelor rezervorului de aer Verificarea funcționării purjei de drenaj a condensului Verificarea nivelului de ulei Curățarea radiatoarelor pe exterior Verificarea funcționării valvei de siguranță Verificarea scurgerilor de ulei Curățarea interiorului compresorului Verificarea furtunului de retur al uleiului Verificarea cablurilor circuitelor de forță ale motorului Verificarea curelelor și fuliilor Verificarea temperaturii Verificarea termostatlui Verificarea compresorului de răcire Verificarea presiunii de intrare și ieșire Curățarea interioară a uscătorului Etalonarea și verificarea totală a compresorului de răcire Verificare cabluri și conexiuni electrice	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Rodion LOGHINOV

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Moldan Service SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Șciusev 16