Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1695908196818 | Data: „__" _____ 20__ | Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației: Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine" conform necesităților pentru anul 2024 | Lot: _____ | Pagina: __din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-1	1	Reagent monoclonal anti –A, inclusiv:	- dintr-o serie de reagent monoclonal anti –A dintr-un lot a hibridomei				Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.- D - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;		
3310000-1	1	Reagent monoclonal anti –A, inclusiv:	- din altă serie de reagent monoclonal anti-A a altui lot a hibridomei				Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;		
3310000-1	2	Reagent monoclonal anti –B inclusiv:	- dintr-o serie de reagent monoclonal anti –B dintr-un lot a hibridomei				Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;		
3310000-1	2	Reagent monoclonal anti –B inclusiv:	- din altă serie de reagent monoclonal anti-B a altui lot a hibridomei				Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;		
3310000-1	3	Reagent monoclonal anti –AB					Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;		
3310000-1	4	Reagent monoclonal anti -D IgM					Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;		

3310000-1	5	Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG)					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM şi IgG. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 18-25 °C şi 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;															
3310000-1	6	Reagent monoclona anti-Kell					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;															
3310000-1	7	Reagent monoclona anti-k					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 18-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;															
3310000-1	8	Reagent monoclonal anti-C					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.															
3310000-1	9	Reagent monoclonal anti-c					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;															
3310000-1	10	Reagent monoclonal anti-E					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;															

3310000-1	11	Reagent monoclonal anti-e					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor dc identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;														
3310000-1	12	Reagent monoclonal anti Fya					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor dc identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;														
3310000-1	13	Reagent monoclonal anti Fyb					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor dc identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;														
3310000-1	14	Reagent monoclonal anti Jka					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.														
3310000-1	15	Reagent monoclonal anti Jkb					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor dc identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;														
3310000-1	16	Reagent monoclonal anti S					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor dc identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;														

3310000-1	17	Reagent monoclonal anti s					Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual. Aspectul - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; -															
3310000-1	18	Ser antiglobulinic polispecific					Destinaţie: Pentru efectuarea testului antiglobulinic (COOMBS) direct şi indirect, metoda în tub. Proprietăţi: conţine obligatoriu anticorpi anti- IgG şi anti-C3d, care reacţionează cu imunoglobulinele şi/sau complementul de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate. Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii devalabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichet flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;															
3310000-1	19	Pool eritrocite test standard					Destinaţie: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa screening a sângelui donat, prin metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensia eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s. c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenţilor cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenţilor conform anticorpilor corespunzători. e) concentraţie – cuprinsă între 2% şi 5% 2. Stabilitate reactivitate şi specificitate produs pe o perioadă de cel puţin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;															
3310000-1	20	Panel eritrocitar din 3 celule - test					Destinaţie: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensia eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s. c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenţilor cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenţilor conform anticorpilor corespunzători. e) concentraţie – cuprinsă între 2% şi 5% 2.Aspect – supernatant transparent, lipsa semnelor de hemoliză şi creşterii bacteriene. 3. Stabilitate reactivitate şi specificitate produs pe o perioadă de cel puţin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;															
3310000-1	21	Panel eritrocitar din 10 celule - test					Destinaţie: pentru identificarea anticorpi antieritrocitari iregulari în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensie eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s. c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenţilor cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenţilor conform anticorpilor corespunzători. e) concentraţie – cuprinsă între 2% şi 5% 2.Aspect – supernatant transparent, lipsa semnelor de hemoliză şi creşterii bacteriene. 3. Stabilitate reactivitate şi specificitate produs pe o perioadă de cel puţin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 5ml livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;															

3310000-1	22	IgG - celule acoperite					Destinație: pentru confirmarea și validarea rezultatelor negative în testul antiglobulinic. Proprietăți: Suspensie eritrocitară: a) de grup bligato 0; b) sensibilizate (acoperite) cu IgG; c) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%; d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a flaconului. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;														
3310000-1	23	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei					Prin tehnologia aplicată la dispozitivele anale în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de seturi/consumabile obligatorii activității dispozitivului medical aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de recoltare plasma umană de la donator, total – 15750 seturi. - dispozitiv pentru recoltarea plasmei umane de la donator (plasmafereză) DigiPlai 80 (26 bucăți), 20 bucăți anul producerii 2018 și 6 bucăți anul producerii 2021 (dobîndit prin contract de donație). Pentru locația Chișinău – 14 bucăți, pentru locația Bălți – 9 bucăți și pentru locația Cahul – 3 bucăți. Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de seturi/consumabile și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de recoltare plasma umană de la donator, total – 15750 seturi. Destinație: pentru efectuarea procedurii de plasmafereză la donatorul de plasmă.														
3310000-1	24	Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - jos” 450/400/400 ml cu					Destinație: pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat și deleucocitarea componentelor sanguine cu separarea stratului leuco-trombocitar și resuspendarea concentratului eritrocitar în soluție aditivă. Proprietăți: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sângelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluție anticoagulantă														
3310000-1	25	Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml					Destinație: pentru procesarea sîngelui uman donat și transferul de componente sanguine. Proprietăți: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru transferul componentului sanguin –volum 300 ml sau 400 ml; Containerul va fi asigurat cu:														
3310000-1	26	Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat 450/500/400					Destinație: pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat și deleucocitarea sângelui total. Proprietăți: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sângelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluție anticoagulantă cu volum de 63 ml														
3310000-1	27	Soluție aditivă pentru trombocite					Destinație: pentru înlocuirea parțială a plasmei în timpul preparării și stocării concentratului de trombocite obținut din straturi leuco-plachetar sau unități de trombocite de afereza. Proprietăți: Containerul reprezintă: a) recipient de plastic; b) în volum de 500 ml;														
	28	Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma					Anulat la decizia grupului de lucru														
3310000-1	29	Autocolante marcare cod/bare					Destinația: pentru marcarea uniunilor de sânge componente sanguine, eșantioane de laborator, etc. Proprietăți: Font standard industrial C39; Adezive la umezeală și în procesul de centrifugare; Termorezistente la congelare: temperatura de până la minus 80ºC și la decongelare rapidă temperatura de pînă la plus 37ºC; Ușor decupabile. Tipul materialului:														
3310000-1	30	Scarificatoare					Destinația: pentru facilitarea recoltării sîngelui din falanga degetului, în scopul realizării examenului de laborator Proprietăți: a)sterile; b) produse din oțel; c) de uz unic. Dimensiuni: lungimea scarificatorului inclusiv 3 cm și mai mare, baza acului de puncție pînă la1 mm, inclusiv; Forma de ambalare: fiecare scarificator ambalat separat cîte o unitate, cu inscrîntiile informative privind denumirea produsului, lotul														
3310000-1	31	Tampon steril					Destinația: pentru pansamentul locului de venepunctie și asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale. Proprietăți: a) steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d) saturat														
3310000-1	32	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod					Destinație: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale Proprietăți: a)steril; b)pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) în soluție dezinfectantă cu conținut de iod 10%, concentrația iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate mărită de reținere a lichidelor														
3310000-1	33	Tampon mare îmbibat cu alcool					Destinația: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale Proprietăți: a)steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) cu alcool de destinație medicală, concentrație de 70%, uz extern; Tipul materialului: a)material nețesut - Viscoză;														

3310000-1	34	Lamele medicale					Cerințe față de dispozitivul medical, alat în dotare – 3 bucăți. Prin tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de suduri obligatorii activității dispozitivului medical aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de sudură sterile a tuburilor, total – 36500 suduri. Dispozitivele aflate în dotarea instituției (total – 6 bucăți) : - dispozitiv pentru sudura sterile a tuburilor TSCD II (3 bucăți), anul producerii 2014, (dobândite prin contract de achiziție). Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. - dispozitiv pentru sudura sterile a tuburilor Compodock – s2 (3 bucăți), anul producerii 2020, (dobândite prin contract de comodat). Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. Va pune la dispoziția beneficiarului dispozitive medicale (4 bucăți) identice ca model de performanță și nu mai vechi anul producerii 2020. Nu se admit aparate reconditionate Pentru locația Chișinău – 2 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de suduri și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de sudură sterile a tuburilor, total – 36500 suduri. Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: Destinația: pentru sudarea sterila a tuburilor din PVC a containerelor cu sânge/componente sanguine. Parametrii de lucru: • sudarea sterilă a tuburilor din PVC combinație umed-la-umed, uscat-la-uscat, umed-la-uscat; • asigură o sudură sterilă, sigură și usor de lucrat; • ușor de manevrat manual; • Suport pentru două containere; • Creează suduri care îndeplinesc sau depășesc cerințele de rezistență la tracțiune conform ISO 3826-1; • Dotat cu ecran ce va indica parametrii de lucru; • Semnal acustic sau visual la finalul procedurii. -Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare														
3310000-1	35	Mănuși					Destinație: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale Proprietăți: a)nesterile; b)fără pudră; c) netede/microtexturate; d)ambidextre; e) de unică folosință; f) material din latex. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.												
3310000-1	36	Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml					Destinație: pentru recolatrea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: a)volum 8/9/10 ml; b) asigurată cu presiune vid; c) cu conservant tip EDTA K3; d) cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările "DE UZ UNIC", "STERIL în interior". Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. Destinație: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: a)volum 6 ml; b)asigurată cu presiune vid; c) cu conservant tip EDTA K3; d)cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările "DE UZ UNIC", "STERIL în interior". Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.												
3310000-1	37	Eprubetă, tip II, 6 ml					Destinație: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: a)volum 6 ml; b)asigurată cu presiune vid; c) cu conservant tip EDTA K3; d)cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările "DE UZ UNIC", "STERIL în interior". Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.												

3310000-1	38	Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni anaerobi şi aerobi					Cerinţe faţă de Dispozitivul medical de laborator, alat în dotare. Prin tehnologie aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituţiei, cu toate componentele: număr de reagenţi/consumabile şi alte produse obligatorii activităţii dispozitivului medical de laborator aflat în dotarea instituţiei, necesare în procesul de examinare a produselor sanguine/consumabile, total – 12000 flacoane. Dispozitivele aflate în dotarea instituţiei: - Bact/ALERT3D/120 (2 bucăţi) anul producerii 2017 - Bact/ALERT3D/240 (1 bucată) anul producerii 2018 Prin tehnologie aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele:, număr de reagenţi/consumabile şi alte produse obligatorii activităţii dispozitivului medical de laborator, necesare în procesul de examinare a produselor sanguine/consumabile, total – 12000 flacoane. Cerinţe faţă de Dispozitivul medical de laborator, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:1. Dispozitiv medical pentru examinarea produselor sanguine/consumabilelor la prezenţa germenilor microbieni anaerobi şi aerobi. 2. Dispozitiv medical de identificare germeni microbieni anaerobi şi aerobi: a) tehnologie automatizată; b) principiul de examinare prin identificare germeni anaerobi şi aerobi. 3. Capacitatea de încărcare a flacoanelor pentru examinare: a) minimum 120, şi mai mult; b) posibilitatea de încărcare continuă începând de la 1(unu) flacon; 4. Cerinţe către funcţionalitatea dispozitivului: a) încarcare/ eliminare sigură pentru flacoane/probe sau alte componente similar obligatoriu necesare în procesul de examinare; b) eliminare sigură a deşeurilor; c) monitorizare permanentă a statusului probelor în lista de lucru; d) sistem de control de calitate (QC) incorporate ce va asigura analizarea calităţii fiecărei probe, reagenţi/calibratori aplicate în tehnologia oferită, calificarea etapelor de examinare, cu notificarea auditivă şi vizuală a erorilor apărute în timpul funcţionării; e) asigurat cu sistem de gestionare baze de date; f) asigurat cu cititoare laser de cod de bare mobil; g) capabil de interconectare cu programul de management al datelor de laborator în SIA Serviciul Sânge.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Cellpack DCL				Destinaţie: pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacoane a câte 20L fiecare, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Lysercell WNR				Destinaţie: pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor, bazofilelor, eritrocitelor nucleate. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 5 L, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Lysercell WDF				Destinaţie: pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor şi eozinofilelor. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 2 lil., livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Sulfolyser				Destinaţie pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: set 3x500 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Fluorocell WNR				Destinaţie: pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului de leucocite, a numărului de eritrocite nucleate şi a numărului de bazofile din sânge. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: set 2x82 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.															

3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Fluorocell WDF				Destinaţie: pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului diferenţiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: set 2x22 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Cellpack DFL				Destinaţie: pentru diluarea fracţiilor celulare pentru analiza reticulocitelor sau trombocitelor. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: Flacon 1L livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Fluorocell RET				Destinaţie: pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat în vederea stabilirii numărului total de reticulocite din sânge. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: Set 2x12 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flacon - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Fluorocell PLT				Destinaţie: pentru marcarea trombocitelor din proba de sânge diluat în vederea stabilirii numărului total de trombocite din sânge. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: Set 2x12 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flacon - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Cellclean				Destinaţie: Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: Flacon 50 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Eprubete tip X				Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcţionarea analizatorul hematologic XN-1000 Proprietăţi: a) din plastic; b) volum 2-5 ml c) diametru de la 11 la15mm d) lungime cel puţin 57 mm e) lungime incluzând capacul de la70 la 85mm f) diametru capac 18 mm sau mai puţin g) asigurată cu presiune vid h) fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	XN Check L1				Destinaţie: Material de control (nivel scăzut)pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 3ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	XN Check L2				Destinaţie: Material de control (nivel normal) pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 3ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîştigătorului.															

3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	XN Check L3				Destinaţie: Material de control (nivel înalt) pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 3ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	XN CAL				Destinaţie: Calibrator pentru calibrarea analizatorului. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: set 3x3 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.															
3310000-1	39	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	XN CAL PF				Destinaţie: Calibrator pentru calibrarea analizatorului pentru canal PLT-F; . Proprietăţi: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: set 3x3 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.															
3310000-1	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Fibrinogen C 2ml				Destinaţie: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăţi: : compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător InstrumentaţionLaboratorySUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 2 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.															
3310000-1	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de control normal 1ml				Destinaţie: Pentru controlul calităţii testelor de coagulare în intervalul normal. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câştigătorului.															
3310000-2	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de control anormal scăzut1ml				Destinaţie: pentru controlul calităţii testelor de coagulare în intervalul anormal scăzut. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion LaboratorySUA, sau echivalentul acestuia.														
3310000-3	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de control ridicat				Destinaţie: Pentru controlul calităţii testelor de coagulare în intervalul anormal ridicat . Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul														
3310000-4	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Calcium Chloride (CaCl2) 0,025M lichid 8ml				Destinaţie: Pentru controlul calităţii testelor de coagulare. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.														
3310000-5	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	APTT-SP (lichid) 9ml				Destinaţie: Pentru controlul calităţii testelor de coagulare în intervalul anormal ridicat. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 9 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate														
3310000-6	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasmă cu deficit de Factor VIII 1ml				Destinaţie: Plasmă umană obţinută prin imunodepleţie de factor VIII, pentru determinarea cantitativă a activităţii factorului VIII (FVIII) Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire,														
3310000-7	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Special test control Level 2 1ml				Destinaţie: pentru controlul calităţii testelor cromogenice în interval anormal superior(antitrombină, plasminogen, inhibitor plasmină, proteină C şi factor VIII) şi a testului cu proteina S şi de factor (coagulare) efectuate cu sistemele decoagulare IL. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul														
3310000-8	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de calibrare 1ml				Destinaţie: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu														
3310000-9	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Clining solution 500ml				Destinaţie: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe														
3310000-10	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Factor diluent 100ml				Destinaţie: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire,														
3310000-11	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Clining agent 80ml				Destinaţie: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire														

3310000-12	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Cupe ACL 2ml				Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcţionarea analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Proprietăţi: a) din plastic; b) volum 2-5 ml c) diametru de la 11 la15mm d) lungime cel puţin 57 mm e) lungime incluzând capacul de la70 la 85mm f) diametru capac 18 mm sau mai puţin g) asigurată cu presiune vid h) fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;													
3310000-13	40	Reagenţi şi consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Rotori ACL 20 poziţii				Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcţionarea analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentaţion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Proprietăţi: a) din plastic; b) volum 2-5 ml c) diametru de la 11 la15mm d) lungime cel puţin 57 mm e) lungime incluzând capacul de la70 la 85mm f) diametru capac 18 mm sau mai puţin g) asigurată cu presiune vid h) fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi													
3310000-14	41	Alcool etilic 96%	Alcool etilic-ElaDum 96% 1000ml soluţie cutanată N1		Republica Moldova	SRL ElaDum Pharma	Destinaţie: pentru fracţionarea fracţiilor proteice din plasma umană în producerea preparatelor biomedicale din sânge (albumine, imunoglobuline umane, etc.). Proprietăţi: a)corespunde cerinţelor Ph. Eur., 95,1-96,9% (V/V); b)densitate relativă 0,805-0,812; c) aciditate (acid acetic) ≤30 ppm; d)absorbanţa – conform Ph. Eur.; e) metanol £200 ppm; f) acetaldehidă+acetal £10 ppm; g) benzen £2 ppm; h)impurităţi sumar £300 ppm; i)reziduu la evaporare £25 ppm. Forma de ambalare: în vrac. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;	Alcool etilic-ElaDum 96% 1000ml soluţie cutanată N1	Nr.de inregistrare 28867 din 27.02.2023											
3310000-15	42	Flacoane, tip II					Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 10 ml, total nu mai mult de 16 ml Diametrul gîtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului:22,7 ± 0,6/0,8mm Înălţimea flaconului: 55 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă,neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr													
3310000-16	43	Flacoane, tip III					Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 20 ml, total nu mai mult de 26 ml. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 19,8±0,3/0,4mm; Interior 12,9±2mm; Diametrul flaconului: 26,5±0,6/0,8mm Înălţimea flaconului: 63 ±1 mm;													
3310000-17	44	Flacoane, tip V					Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 50 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 40 ±1 mm Înălţimea flaconului: 90 ±1,2 mm;													
	45	Flacoane, tip VI					Destinaţie: pentru ambalarea prepara-telor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 100 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 50 ± 1 mm Înălţimea flaconului: 105 ± 1,2 mm;													
3310000-19	46	Flacoane, tip VIII					Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 450 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 79 ± 1,2 mm													
3310000-20	47	Flacoane, tip IX					Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 3 ml, total nu mai mult de 4,5 ml; Diametrul gâtului flaconului: Exterior 12,0 ± 0,1mm; Interior 8,0 ± 0,1mm; Înălţimea flaconului: 35,0 ± 0,5mm; Materialul de bază: a) sticlă transparentă, neutră;													

3310000-21	48	Dopuri, tip I					Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge şi/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b) compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gâtului flaconului - 12,8 mm±0,5mm.														
	49	Dopuri, tip II					Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge în procesul de liofilizare. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului:														
	50	Dopuri, tip III					Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge şi/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gâtului flaconului - 25,0 mm±0,5.														
3310000-23	51	Dopuri, tip V					Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge şi/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gâtului flaconului – 8.0 mm.														
3310000-24	52	Pesar flip-off, tip VI					Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge. Proprietăţi: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd strilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 14 mm.														
3310000-25	53	Pesar flip – off (2120), tip V					Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăţi: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului.														
	54	Pesar, tip II					Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăţi: Material de bază: aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 34,0 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;														
3310000-27	55	Capsulă pentru suport de filtrare, tip III					Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a soluţiilor proteice. Proprietăţi: a)capsule A1HC1,1 m2; b)garnitură plată 1/pk. c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate a cîte 1 (una) capsulă în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.														
3310000-28	56	Prefiltru, tip I					Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) prefiltru tip – AP; b) diametrul prefiltrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării "DE UZ UNIC".														
3310000-29	57	Filtru, tip I					Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) filtru tip – 0,65μm DAWP; b) diametrul filtrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării "DE UZ UNIC". - Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM														
3310000-30	58	Filtru, tip III					Destinaţia: pentru realizarea procesului de filtraţie sterilă a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) filtru cu membrană Durapor; b) tip – 0,22μm GVWP; c) diametrul – 293 mm; d) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării "DE UZ UNIC". -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerinţele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă														

3310000-31	59	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I				Destinația: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăți: Compatibil cu sistemul Super Q; Ion-Ex Polishing Cartridge 55cm (22"0); Număr de catalog - CMPB02202. Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.													
3310000-32	60	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II				Destinația: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăți: Compatibil cu sistemul Super Q; Durapore Carridge 0.22 pm Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.													

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Dumbravă Natalia** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL ELADUM PHARMA** Adresa: **R-nul Strășeni, s. Cojușna, str. Centenarului 2/C**

Digitally signed by Dumbravă Natalia
Date: 2023.11.09 12:00:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova