

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21647743/ ocds-b3wdp1-MD-1783519156779 din 27.07.2026							
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2026							
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință	Periodicitatea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8
Lucrari de mentenanta necesare, (pentru 6 luni)							
Lotul 7							
7.Rezonanta Magnetica 3T, SIGNA, GE Healthcare, anul 2023 – 1 dispozitiv	Mentenanța Rezonanta Magnetica 3T, SIGNA, GE Healthcare	SUA	GE Healthcare	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate. 2 intervenții planificate, trimestrial.	Conform recomandărilor producătorului GE Healthcare	trimestrial. Pe parcursul anului 2026 la solicitarea persoanei responsabile din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime
Lucrari de reparatie							
Lotul 4							
23.Fibrobronhoscop FB-18V, Pentax, S/N: N00WLA0444	Reparatia Fibrobronhoscop FB-18V, Pentax, S/N: N00WLA0444	Japonia	HOYA CORPORATION/ PENTAX Medical	Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.	Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal, reglarea ungiului de angualtie Sus/Jos, schimbarea sistemului de control a angulatie Sus/Jos. Diagnosticul foarmarea procesului verbal de diagnoscti nu nelimitat. Lucrarile cu complexitate ridicata vor fi efectuate la service centrul producatorului cu oferta seprata.	Produs inregistra RSDM - DM000459172	3 solicitări. Pe parcursul anului 2026 la solicitarea persoanei responsabile din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Inga Beșerik; În calitate de: Director;

Ofertantul: "Intermed-Service" S.R.L., Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2