

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **11 mai 2020, 10:30 - 14 mai 2020, 10:30**

Procedura de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1588680633589**

Anunț de participare Nr.:

Către: **Consiliul Raional Hincesti**

Biosistem-mld SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr.

b) Biosistem-mld SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii

Analizator biochimic automat cu modul ISE

c) Suma totală a ofertei
fără TVA constituie:

675,601.50 lei

șase sute șaptezeci și cinci mii șase sute unu lei și cincizeci bani

d) Suma totală a ofertei
cu TVA constituie:

810,721.80 lei

opt sute zece mii șapte sute douăzeci și unu lei și optzeci bani

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade

f) În cazul acceptării prezentei oferte, Biosistem-mld SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul

Semnat: _____

Nume: **Poiata Vitalie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Biosistem-mld SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7**

Data: **11 mai 2020, 10:30 - 14 mai 2020, 10:30**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:							ocds-b3wdp1-MD-1588680633589 din 11 mai 2020, 10:30 - 14 mai 2020, 10:30		
Denumirea procedurii de achiziție:							Analizator biochimic automat cu modul ISE		
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
1	Analizator biochimic automat cu modul ISE	33100000-1	Analizator biochimic automat cu modul ISE	BS-600 Auto Chemistry Analyzer with ISE module	China	Mindray	Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem deschis de reactivi. Sistem analitic automat cu calculator integrat (procesor, monitor, tastatura + mouse) Modul ISE inclus Tip de lucru continuu Tip sistem deschis randoom acces Capacitatea (teste/oră) 450 (teste fotometrice) Posibilitatea efectuării analizelor urgente Tipul dispozitivului staționar Tip probă Ser și plasma urină sînge integru CSF (lichid cefalo-rahidian) Efectuarea testului electrolytic CO2 Tip diluare automat Sistem de spălare total automat (cuvă, ac, sistem de dozare) Program control al calității Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu încălzire pentru probe cu termostat la 37 grade C Cuvă pentru probe reutilizabil (10,000 cicluri posibile de reutilizare) Regimuri de măsurare: Cinetic, Mono și bi-cromatic Imunoturbidimetric Controlul cantității de reagent rămas Semnalizare lipsă reagent și probă Sistemul de dozare: Reagenții Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl Sistemul de dozare: Cu sensor de obstacol Alimentarea 220 V, 50 Hz.	Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem deschis de reactivi. Sistem analitic automat cu calculator integrat (procesor, monitor, tastatura + mouse) Modul ISE inclus Tip de lucru continuu Tip sistem deschis randoom acces Capacitatea (teste/oră) 600 (teste fotometrice) + 255 teste ISE Posibilitatea efectuării analizelor urgente Tipul dispozitivului staționar Tip probă Ser și plasma urină sînge integru CSF (lichid cefalo-rahidian) Efectuarea testului spectrofotometric CO2 Tip diluare automat Sistem de spălare total automat (cuvă, ac, sistem de dozare) Program control al calității Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu încălzire pentru probe cu termostat la 37 grade C Cuvă pentru probe reutilizabil (10,000 cicluri posibile de reutilizare) Regimuri de măsurare: Cinetic, Mono și bi-cromatic Imunoturbidimetric Controlul cantității de reagent rămas Semnalizare lipsă reagent și probă Sistemul de dozare: Reagenții Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl Sistemul de dozare: Cu sensor de obstacol Alimentarea 220 V, 50 Hz.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție					ocds-b3wdp1-MD-1588680633589 din 11 mai 2020, 10:30 - 14 mai 2020, 10:30					
Denumirea procedurii de achiziție:					Analizator biochimic automat cu modul ISE					
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cod CPV	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
1	Analizator biochimic automat cu modul ISE	Analizator biochimic automat cu modul ISE	33100000-1	1	buc	675,601.50	810,721.80	675,601.50	810,721.80	la comanda
							TOTAL Oferta	675,601.50	810,721.80	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

În calitate de: Director

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7