

Specificatii Tehnice (F4.1)

IMSP SCMS MPS

Numărul licitației: 21017581					Data: 18.01. - 29.01.20		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Reagenți pentru laborator					Lot:		Pagina 1 din 1
Cod CPV	Descrierea bunurilor si /sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	3,7	8
33680000-0	HCV Ab	anti-HCV	China	Wantai	Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib 100%,specf.100%, cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil si de a rupe stripul si de a folosi cate un godcu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.CE-MARCA. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat , etichetat de producator, ambalaj securizat , marcat si etichetat de catre producator.Date de identitate(denumirea lotului,seria ,)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul castigator, in timp de trei zile din momentul luării deciziei.Oferantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set sa fie toti reagentii necesari pentru reactie. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile.In instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificitatea testelor,test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99,8%.Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai putin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detasabile,posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godcu.Sa fie posibil de a testa cate o proba. Obligatoriul,instructiunile de utilizare a truselor sa fie prezentate in limba de stat, sau rusa,continand caracteristicile de performanta si calitate:sensibilitate, liniaritate,specificitate,reproductibilitate,interferenta. Operatorul economic furnizor de reactivi v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea controlul calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezente certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider,frigorifer sau incaperi dotate cu echipament specific,etc.) Nota: In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie.Procedura de testare sa nu necesite aparatul suplimentar si sa contina cat mai putine etape. Durata efectuării investigației sa fie cat mai mica.Sensibilitatea maxima (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate.	HCV Ab ELISA, 96 teste Înregistrat în Registrul de Stat *Conform cerințelor generale	ISO, CE.
33650000-1	PCR	CRP Latex	Marea Britanie	Prestige	Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si – Pentru identificarea sensibilitatii si specificitatii kit-urilor de reagenti folosite pentru stabilirea diagnosticului veridic , pentru seturile de reagenti ASL-O,FR,PCR e necesar procurarea de la un producator	CRP VISILATEX cu control negative, pozitiv, inclusive plansete, baghete getabile (ambalaj 1set-100 teste) *Conform cerințelor generale	ISO, CE.
33650000-1	ASL-O	ASO Latex	Marea Britanie	Prestige	Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si – Pentru identificarea sensibilitatii si specificitatii kit-urilor de reagenti folosite pentru stabilirea diagnosticului veridic , pentru seturile de reagenti ASL-O,FR,PCR e necesar procurarea de la un producator	ASO VISILATEX cu control negative, pozitiv, inclusive plansete, baghete getabile(ambalaj 1set-100 teste) *Conform cerințelor generale	ISO, CE.
33650000-1	FR	RF Latex	Marea Britanie	Prestige	Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si – Pentru identificarea sensibilitatii si specificitatii kit-urilor de reagenti folosite pentru stabilirea diagnosticului veridic , pentru seturile de reagenti ASL-O,FR,PCR e necesar procurarea de la un producator	RF VISILATEX cu control negative, pozitiv, inclusive plansete, baghete getabile(ambalaj 1set-100 teste) *Conform cerințelor generale	ISO, CE.
33650000-1	Ag cardiopinic	RPR	Marea Britanie	Prestige	Cerinte generale + Nota. Cu control :+ "-"	RPR KIT (Ag cardiopinic) cu control negative, pozitiv, inclusive plansete, baghete getabile(ambalaj 1set-500 teste) *Conform cerințelor generale	ISO, CE.



33650000-1	Meditest Combi 9	U031-09	China	AT	(Blood, Bilirubin, Urobilin, Protein, Ketones, Glucose, pH, SG, Nitrite), prezent certificatul Ce ,livrat in ambalaj securizat ,marcat si etichetat de producator ,Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.La cerere prezentarea monstreii.	U-9 - Singe,Bilirubina,Urobilinogen,Proteina, Cetona,Glucosa, pH,Sg,Nitrite) , prezent certificatul Ce ,livrat in ambalaj securizat ,marcat si etichetat de producator ,Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.La cerere prezentarea monstreii.	ISO, CE.
33650000-1	FOB	FOB F	China	AT	Pentru examenul coprologic al maselor, certificat de la producator	FOB -F-Pentru examenul coprologic al maselor fecale, cu certificat de la producator	ISO, CE.
33650000-1	Troponina I	TnI	China	AT	expres test, ambalat si certificat de producator, se indica datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea, cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate	Troponina I - expres test, ambalat si certificat de producator, se indica datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea, cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate	ISO, CE.

Semnat :

Nume: Varman Irina

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

