

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21366758/ ocds-b3wdp1-MD-1739869036861 din 18.02.2025						
Obiectul achiziției: Reparația VideoGastrosopului EG-2990Zi Pentax Medical						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servici						
Lotul 1						
Reparație a video Gastrosopului EG-2990Zi, Pentax Medical	Reparație a video Gastrosopului EG-2990Zi, Pentax Medical	Japonia	PENTAX Medical	Reparația VideoGastrosopului EG-2990Zi, Pentax Medical Piese necesare de schimbat: - Capul Distala cu Camera CCD; - Motorul pentru control zoom mecanic; - O rigurile pentru manela de control sus/jos și stînga/dreapta; - Segmentul Staycoil Assy PB-Free; - Butonul de control al zoomului mecanic; - Placă intermediară. Protocolul de testare de la service centrul autorizat să fie inclus la livrare după efectuarea serviciilor de reparație. Termenul de garanție a pieselor și a serviciilor efectuate – minim 12 luni.	Reparația VideoGastrosopului EG-2990Zi, Pentax Medical Piese necesare de schimbat: - DA Capul Distala cu Camera CCD; - DA Motorul pentru control zoom mecanic; - DA O rigurile pentru manela de control sus/jos și stînga/dreapta; - DA Segmentul Staycoil Assy PB-Free; - DA Butonul de control al zoomului mecanic; - DA Placă intermediară. DA Protocolul de testare de la service centrul autorizat să fie inclus la livrare după efectuarea serviciilor de reparație. DA Termenul de garanție a pieselor și a serviciilor efectuate – minim 12 luni.	CE/EEC
<i>Notă: Lucrările vor fi executate de către un inginer antrenat și autorizat de către producător; - DA fi efectuat de catre service centrul autorizat din Europa. Costul altor piese care pot fi detectate în proces de verificare, dezasamblare, asamblare sau în urma testării va fi suportat de către Prestator. - DA După efectuarea lucrărilor de reparație și punere în funcțiune se va elibera procesul-verbal de executare. DA</i>						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Tudor Ceaicovschi;** În calitate de: **Director General;**

Ofertantul: "**GBG-MLD**" S.R.L., Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2