

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 73/25 din 23.05.2025.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea contractante	autorității	Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate		Republica Moldova
IDNO		1006601001229
Adresa		mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon		022-25-22-09 25-23-57 25-23-00
Număr de fax		022 25 20 49
E-mail		eugen.caragea@army.md
Adresa de internet		https://army.md
Persoana de contact		EUGEN CARAGEA

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie deschisa
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Utilaj pentru operații în cadrul Spitalului Clinic Militar Central
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1743056717845 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1743056717845?tab=contract-notice Data: 17.04.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=9499
Anunț de intenție publicat în BAP	-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	-
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (MDL, fără TVA)	1265000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	21.03.2025
Denumirea operatorului economic	Nu se cunoaște
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot.1 Platforma energetica electrochirurgicala: În urma analizei detaliate a specificației tehnice care reprezintă o copie a informației din broșurele cu numele Valleylab FT10 Energy Platform Specifications Sheet ce pot fi găsite la linkul atașat, https://www.medtronic.com/en-us/healthcare-

	professionals/products/surgical-energy/electrosurgical-hardware/electrosurgical-generators-monitors/valleylab-ft10-energy-platform.html - Se solicită respectuos modificarea specificațiilor tehnice astfel încât să fie posibil și ca alți producători renumiți să poată participa, ca spre exemplu: Erbe, Bowa. O astfel de specificație tehnică care de fapt nu este specificație tehnică, dar doar o copie a broșurii reprezintă o încălcare foarte gravă. Ca dovadă a faptului că specificația solicitată este copiată din broșura se poate găsi la linkul atașat se enumera parametrii tehnici ce coincid: 1. Furnizarea de energie cu minim 430.000 decizii pe secunda pentru toate modurile de lucru (Informație din broșura: TissueFect sensing technology monitors changes in tissue impedance 434.000 times a second) 2. Tehnologie Fuziune Țesut, ciclul de fuziune fiind realizat în 1-4 secunde (Informație din broșura: The Valleylab FT10 energy platform has an average sealing/fusion cycle time of 1-4 seconds) 3. Sistemul oferă cel puțin următoarele prize de lucru: 3.1 Doua prize monopolare, 3.2 O priza de lucru combinată pentru modul "Fuziune Țesut" - "Rezecție Bipolară" în mediu salin 3.3 O priza dedicată procedurilor bipolare (Rog să se analizeze partea frontală a dispozitivului și denumirea prizelor, este identică) Majoritatea producătorilor oferă prize pentru regimuri monopolare, iar pentru regimuri bipolare separat, totuși nu se identifică și tipul de intervenție care poate fi făcut) 4. Opțiune display... zone de putere reglabile în intervale setate de 5 bare, grafic și numeric (Rog să se analizeze cadranul din dreapta sus Mono2 cu 2 bare de culoare albastră din 5 cu puterea setată 2) 5. Pentru evitarea arsurilor la nivelul pacientului, aparatul să poată fi setat să furnizeze energie timp de 10 secunde cu pauză de 30 de secunde, în orice mod de lucru, pe o perioadă de 4 ore (Informație broșura The Valleylab FT10 energy platform is capable of operating a duty cycle of 25 % defined as 10 seconds active and 30 seconds inactive, in any mode of a period of 4 hours) 6. Baterie cu capacitate minim 75 mAh pentru ceas și memorie internă (Informație broșura Battery type: Lithium CR1620 or CR1632, Battery capacity: 75 mAh (minimum)) 7. Sistem integrat WIFI cu standarde IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, cu trafic de până la 120Mbps (informație din broșura IEEE 802.3, IPv4) În concluzie se solicită modificarea specificației tehnice pentru a permite și altor producători să participe la aceasta.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua! Conform specificațiilor din Anunțul de participare pentru lotul nr.1, este planificat achiziționarea unui sistem electrochirurgical cu eficiență ridicată, pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale complexe. Astfel, autoritatea contractantă a luat în considerare mențiunile Dvs. și va opera modificări care ar permite încadrarea a cel puțin 3 sisteme electrochirurgicale prezente pe piața Republicii Moldova (exemplu: "Valleylab FT10 Energy Platform", "Lamidey Noury" și "Bowa ARC 400") și îndeplinesc cerințele moderne privind eficiența și siguranța procedurilor chirurgicale complexe.
Data transmiterii	01.04.2025
Data solicitării clarificărilor	30.03.2025
Denumirea operatorului economic	Nu se cunoaște
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot.1 Platforma energetică electrochirurgicală: Pentru asigurarea unei participări largi a operatorilor economici solicităm următoarele modificări: Platformă energetică electrochirurgicală Electrocauter performant destinat procedurilor chirurgicale laparoscopice și clasice care, în mod integrat, oferă chirurgului o gamă largă de opțiuni: • tăiere electrochirurgicală și coagulare • funcționalitate bipolară • sigilare vasculară-până la 7 mm. • tăiere bipolară în mediu salin • argon coagulare Configurație: 1. Generator electrochirurgical 2. Accesorii Caracteristici: Frecvența de lucru pentru toate modurile de lucru să fie de minim 450 kHz. Tehnologie de ajustare automată a puterii. Sistemul oferă cel puțin următoarele prize de lucru: • Doua prize bipolare, minim una de tip "SMART". • O priza universală monopolară. Modul "Fuziune Țesut" sigilează vase de sânge, limfatice, mănunchiuri de țesut și vascularizare pulmonară până la și inclusiv 7 mm în diametru fără a necesita disecția țesutului, cu minimalizarea arsurilor în țesuturile colaterale. Moduri de lucru MONOPOLAR tăiere : • PURE CUT – putere maximă 300 W -370 W • BLEND CUT - putere maximă 200W -340W • MOD PRESETAT –

	disponibil Moduri de lucru MONOPOLAR coagulare : • FULGURATIE cu putere maxima 100-120W • SPRAY cu putere maxima 120-210 W • SOFT cu putere maxima 120-170 W Moduri de lucru BIPOLAR : • Setabil cu putere maxima 170W Moduri de lucru REZECTIE BIPOLARA : • Cu putere maxima 180W Kit-ul de rezectie bipolară include • pedala de actionare • cablu de conectare la instrumentul active Prevazut cu buton ajustare volum. Recunoaștere automată a finalizării ciclului de fuziune tisulară cu intreruperea furnizării de energie în instrument. Emite comunicate interactive de eroare. Conferă posibilitatea de activare a instrumentelor de fuziune tisulară atât la mână cât și la pedala. Capacitate de activare automată a procedurilor bipolare „AUTOBIPOLAR“. Platforma electrochirurgicală păstrează toate caracteristicile programate de utilizator, calibrare. Accesorii: Electrode neutru reutilizabil, siliconat autoclavabil. 1 buc-Cablu monopolar 2 buc- Creion monopolar refolosibil. 1 buc-Instrument pentru disecție și sigilare vasculară laparoscopic , cu următoarele caracteristici: sigilează vase de până la/inclusiv 7 mm, diametru de 5 mm; lungime minim 30 cm, rotirea tijei la 350 de grade, fălci texturate cu opritori ceramic, comutare manuală sau prin pedală, reutilizabil, autoclavabil. 1buc -Pedala monopolară cu două pedale: tăiere și coagulare. 1buc -Pedala activare bipolară cu o pedală. Anul de producere: 2025 Prețul include livrarea și instalarea. Documente: dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM din Republica Moldova, proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție la toate componentele (cel puțin 24 luni) Obligațiuni: servicii de montare, instalare și punere în funcțiune, darea în exploatare și instruirea personalului la locația beneficiarului.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua! Autoritatea contractantă a luat parțial în considerare propunerile Dvs. și va opera unele modificări care ar permite încadrarea a cel puțin 3 sisteme electrochirurgicale prezente pe piața Republicii Moldova și îndeplinesc cerințele moderne privind eficiența și siguranța procedurilor chirurgicale complexe. Totodată, menționăm că, caietul de sarcini “Anunțul de participare” se elaborează în baza necesităților utilizatorului final.
Data transmiterii	01.04.2025
Data solicitării clarificărilor	30.03.2025
Denumirea operatorului economic	Nu se cunoaște
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot.2 Specificația tehnică: Pentru a asigura participarea a mai multor operatori economici rugăm să acceptați simplificarea specificațiilor tehnice ce va reduce cheltuielile. Propunem următoarea specificație: Sterilizator cu aburi 150L – 200L Volumul camerei, orizontal, cu încălzire frontală, 150L – 200L Versiune cu o ușă – da. Cameră din oțel inoxidabil AISI 316L – da. Ușă glisantă verticală / ușă cu deschidere manuală - da. Ușă rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare – da. Egalizarea presiunii în camera de sterilizare este asigurată prin filtru HEPA – da. Echipat cu pompa de apă de umplere a generatorului de aburi, integrată – da. Generator de abur încorporat – da. Sistem de monitorizare a nivelului de apă din generator – da. Protecție la supraîncălzire – da. Echipat cu pompa de vacuum integrată – da. Sistem de uscarea: cu vacuum – da. Regimuri prestabilite de sterilizare ≥6 programe. Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick – da. Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, presiunea generatorului – da. Gama de temperatură: 115 -138 grade C – da. La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie – da. Protecție împotriva temperaturii excesive – da. Alarmer: temperatură scăzută, eșec ciclul de sterilizare – da. Manometre minim 2 – da. Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare – da. Sterilizatorul cu abur este prevăzut cu sisteme de monitorizare independente și cu alarmer audio și vizuale pentru a notifica operatorii cu privire la orice problemă care necesită atenție. CARACTERISTICI ELECTRICE: 380V, 50 Hz, 3 faze – da. Caracteristici electronice: Accesorii/ piese de schimb: Sistem de filtrare a apei – da. Imprimantă de date integrată – da. Hârtie de imprimantă min. 10 buc. Anul de producere:

	2025 Prețul include livrarea și instalarea Documente: dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM din Republica Moldova, proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție la toate componentele (cel puțin 24 luni), certificat CE, certificat ISO. Obligațiuni: servicii de montare, instalare și punere în funcțiune, darea în exploatare și instruirea personalului la locația beneficiarului.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua! Autoritatea Contractantă a examinat propunerile Dvs. și vă comunică că, conform specificațiilor tehnice solicitate se încadrează cel puțin 3 modele de Sterilizatoare cu aburi, așa ca: "AJC STERI 21"; "SHINVA XG1.U4CD185"; "NUVE 150/150D", iar includerea unor specificații suplimentare (restrictive) ar limita participarea unor operatori economici. Totodată, menționăm că, caietul de sarcini "Anunțul de participare" se elaborează în baza necesităților utilizatorului final.
Data transmiterii	02.04.2025
Data solicitării clarificărilor	04.04.2025
Denumirea operatorului economic	Nu se cunoaște
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot.2 Asigurarea zonelor de sterilizare: Nu este clar cum veti asigura delimitarea zonelor de sterilizare (murdara, curata si sterila) cu un autoclav cu configuratia cu o singura usa? Va rog mult informativa pe acest subiect pentru a nu irosi banii in zadar. La moment exista mai multe cerinte fata de sectia de sterilizare. Si numai un autoclav cu configuratia cu 2 usi <u>pot</u> asigura aceste cerinte.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua! Autoritatea contractantă a luat act asupra celor menționate și examinează oportunitatea operării unor modificări după caz. Totodată, menționăm că, caietul de sarcini "Anunțul de participare" se elaborează în baza necesităților utilizatorului final.
Data transmiterii	02.04.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	SIA RSAP
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Până la termenul-limită (data 04.04.2025, ora 10:00), au fost depuse 10 (zece) oferte:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
Sofra Group SRL	1007600073921	Bunic Alexandru
GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
SC Ericon SRL	1003600000316	Bunic Gheorghe
ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Carstocea Ioan - Razvan
Health Medical Solutions SRL	1018600009625	Trocin Caterina
Neotec SRL	1002600048135	Botnaru Andrei
ECHIPAMED-PLUS SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu
EDELMED SRL	1017600048164	Achifiev Serghei
SC Imunotehnomed SRL	1002600012565	Sergiu Rata
Penta Trading SRL	1015600019555	Bocancea Andrei

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic									
	Sofra Group SRL	GBG-MLD SRL	SC Ericon SRL	ICS Eyecon Medical SRL	Health Medical Solutions SRL	Neotec SRL	ECHIPAMED-PLUS SRL	EDELMED SRL	SC Imunotehnomed SRL	Penta Trading SRL
Documentele ce constituie oferta										
Propunerea tehnică	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*
Propunerea financiară	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*
DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*
Cererea de participare	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*
Declarație privind valabilitatea ofertei	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*
Documente de calificare										
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*
Certificat de atribuire a conturilor bancare	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*
Pașaportul tehnic în una din limbi română/engleză/rusă	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*
Confirmare privind atribuirea numărului de înregistrare în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE)	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*
Declarație de garanție	+	*	+	+	*	*	*	*	*	*

* Oferta se află în așteptare.

Constatări/Comentarii:

1. La momentul evaluării, examinând oferta operatorului economic Sofra Group SRL, s-a constatat că aceasta conține erori nesemnificative (Specificația tehnică propusă de ofertant este identică ca specificația tehnică solicitată și nu reflectă parametri exacti al produsului propus) și respectând prevederile art.17, alin.4 și art.69, alin.3 din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, prin scrisoarea nr.70/491 din 04.04.2025, s-a solicitat suplimentarea, clarificarea și completarea documentelor obligatorii.

De asemenea, în baza prevederilor art.20 alin.(8) din aceeași lege, prin scrisoarea nr.70/491 din 04.04.2025 s-a solicitat prezentarea documentelor justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție a ofertelor prezentate.

Operatorul economic Sofra Group SRL a prezentat clarificările și documentele solicitate.

2. La momentul evaluării, examinând oferta operatorului economic SC Ericon SRL, s-a constatat că aceasta conține erori nesemnificative (Specificația tehnică propusă de ofertant este identică ca specificația tehnică solicitată și nu reflectă parametri exacti al produsului propus) și respectând prevederile art.17, alin.4 și art.69, alin.3 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, prin scrisoarea nr.70/491 din 04.04.2025, s-a solicitat suplimentarea, clarificarea și completarea documentelor obligatorii.

De asemenea, în baza prevederilor art.20 alin.(8), Legea nr.131/2015, prin scrisoarea nr.70/491 din 04.04.2025 s-a solicitat prezentarea documentelor justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție a ofertelor prezentate.

Operatorul economic SC Ericon SRL a prezentat clarificările (documentele actualizate) pentru lotul nr.1, dar nu pentru lotul nr.2 la care a prezentat oferta cu prețul cel mai scăzut.

3. Următorul operator economic care a depus prețul cel mai scăzut dintre ofertele calificate este ICS Eyecon Medical SRL. La momentul evaluării, examinând oferta acestuia, s-a constatat că aceasta conține erori nesemnificative (Specificația tehnică propusă de ofertant este identică ca specificația tehnică solicitată și nu reflectă parametri exacti al produsului propus). Conform prevederilor art.17, alin.4 și art.69, alin.3 din Legea nr. 131/2015

privind achizițiile publice, prin scrisoarea nr.70/491 din 04.04.2025, s-a solicitat suplimentarea, clarificarea și completarea documentelor obligatorii.

De asemenea, în temeiul art.20 alin.(8), Legea nr.131/2015, prin scrisoarea nr.70/491 din 04.04.2025, s-a solicitat prezentarea documentelor justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție a ofertelor prezentate.

Operatorul economic a prezentat toate documentele justificative, inclusiv documente ce justifică corespunderea specificațiilor tehnice propuse cu cele solicitate.

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA, lei	Prețul ofertei (fără TVA)	Denumirea operatorului economic	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1.	Platformă energetică electrochirurgicală	set.	1	265000,00	260000,00	Sofra Group SRL	+	+
					288185,00	GBG-MLD SRL	*	*
					318000,00	SC Ericon SRL	*	*
2.	Sterilizator cu aburi	buc.	1	1000000,00	445000,00	SC Ericon SRL	-	-
					517000,00	ICS Eyecon Medical SRL	+	+
					590000,00	Health Medical Solutions SRL	*	*
					788000,00	Neotec SRL	*	*
					938850,00	ECHIPAMED-PLUS SRL	*	*
					961800,00	EDELMEDE SRL	*	*
					1115684,00	SC Imunotehnomed SRL	*	*
					1125000,00	Penta Trading SRL	*	*
					1273500,00	GBG-MLD SRL	*	*

* Oferta se află în așteptare.

Constatări/Comentarii:

- **Pentru lotul nr.1** prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic Sofra Group SRL, oferta acestuia corespunde cerințelor stabilite în documentația de atribuire și se propune a fi desemnat câștigător pentru lotul dat.

- **Pentru lotul nr.2** prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic SC Ericon SRL, însă în oferta tehnică propusă de către acesta, specificațiile tehnice sunt indicate identic cu cele solicitate. Astfel, s-a solicitat clarificări asupra specificațiilor tehnice pentru lotul nr.2, însă acesta a prezentat pentru lotul nr.1. Mai mult ca atât, examinând pașaportul tehnic care nu cuprinde informația integrală despre produs și site-ul producătorului, s-a constatat că acesta nu întrunește condițiile tehnice solicitate, și anume:

- Camera de sterilizare și cămașa acestuia nu sunt din oțel inoxidabil AISI316L;
- Fața aparatului nu este din oțel inoxidabil AISI304L;
- Țevile aparatului nu sunt din oțel inoxidabil AISI316L;
- Ușa nu este glisantă;
- Camera de sterilizare nu este dreptunghiulară;
- Regimuri prestabilite de sterilizare nu are cel puțin 6;
- Nu are afișarea graficului de sterilizare pe ecran;
- Nu are memorie pentru stocarea datelor;
- Nu are alarmă pentru posibilele erori apărute;
- Nu deține buton de oprire de urgență;
- Nu sunt menționate accesorii/piese consumabile în set;

Având în vedere cele menționate anterior și în temeiul art. 69, alin. (6), lit. a) și b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se propune respingerea ofertei depuse de operatorul economic SC Ericon SRL, aceasta fiind considerată neconformă.

Următorul operator economic care a depus oferta cu prețul cel mai scăzut dintre ofertele calificate este ICS Eyecon Medical SRL. Examinând specificațiile tehnice propuse de ofertant s-a constatat că acestea sunt identice cu specificațiile tehnice solicitate și nu reflectă parametri exacți al produsului propus, astfel s-a solicitat suplimentarea, clarificarea și completarea documentelor obligatorii. Operatorul economic ICS Eyecon Medical SRL a prezentat dovezi de la producător prin care confirmă că specificațiile tehnice propuse corespund cu cele solicitate.

În urma examinării pașaportului tehnic și site-ul producătorului de către reprezentantul Spitalului Clinic Militar Central, domnul Alexandru DIMA, acesta a constatat că unii parametri tehnici indicați în pașaportul tehnic sunt opționali. În acest sens, în urma discuțiilor cu operatorul economic s-a solicitat suplimentar de a confirma dacă specificațiile tehnice opționale sunt incluse de către producător în prețul propus. În paralel, printr-un mesaj direct

pe site-ul producătorului am solicitat ca acesta să confirme anumite specificații care erau indicate ca fiind opționale. Atât operatorul economic cât și producătorul la data de 16.05.2025 au confirmat specificațiile tehnice propuse în ofertă.

După examinarea documentelor și răspunsurilor primite, s-a stabilit că oferta prezentată de ICS Eyecon Medical SRL este considerată admisibilă pentru a fi desemnată câștigătoare pentru Lotul nr.2, deoarece îndeplinește toate cerințele de participare la concurs, atât financiare, cât și tehnice și eligibile.

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
25.04.2025	Sofra Group SRL	clarificări și documentele de calificare	a prezentat informațiile solicitate
25.04.2025	SC Ericon SRL	clarificări și documentele de calificare	nu a prezentat informația solicitată
06.05.2025	ICS Eyecon Medical SRL	clarificări și documentele de calificare	a prezentat informațiile solicitate

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SC Ericon SRL	conform art.69 alin.6, lit.b), Legea 131/2015 - oferta neconformă, nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu a fost

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Denumirea operatorului economic	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1	Platformă energetică electrochirurgicală	set.	1	Sofra Group SRL	260000,00	260000,00	312000,00
2	Sterilizator cu aburi	buc.	1	ICS Eyecon Medical SRL	517000,00	517000,00	620400,00
TOTAL						777000,00	932400,00

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu a fost.

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Stanislav POJAR	Președintele grupului de lucru	
2	Grigore RAȚA	Membrul grupului de lucru	
3	Dumitru NEGOIȚĂ	Membrul grupului de lucru	
4	Eugen CARAGEA	Membrul grupului de lucru	
5	Denis NEGHINĂ	Membrul grupului de lucru	
6	Stela ALEXANDROV	Membrul grupului de lucru	
7	Ion PÎSLARU	Membrul grupului de lucru	
8	Tatiana MARIAN	Secretarul grupului de lucru	
9	Alexandru DIMA	Expert, reprezentant al SCMC	