

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1695911104792/21095346 din 12.11.2023
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 35						
Echipament de terapie combinată (2 canale de electroterapie cu o gamă extinsă de curenți, ultrasunete) cu ecran digital cu posibilitatea tratării a 2 pacienți în același timp cu terapii diferite.	Intelect Mobile 2 Combo	Franta/SUA	DJO Chattanooga	Echipament de terapie combinată (2 canale de electroterapie cu o gamă extinsă de curenți, ultrasunete) cu ecran digital cu posibilitatea tratării a 2 pacienți în același timp cu terapii diferite. Protocoale pentru diferite domenii medicale (recuperare, ortopedie, medicină sportivă, stomatologie, ginecologie, dermatologie, ORL, pediatrie, medicină generală) Da Protocoale de tratament predefinite de utilizator Forme de undă de frecvență joasă și medie Diadynamic, Traebert 2-5, Neofaradic galvanic (Iontoforeza), impulsuri rectangulare, TENS-simetric/asimetric, alternat și 2 poli interferenta, 4 poli interferenta, impulsuri triunghiulare, impulsuri exponențiale cu creștere, impulsuri combinate, secvențe programabile de curenți diadynamici și alți curenți selectați. Sonde de emisie ergonomice multi-frecvență (1 și 3 MHz) de 5 & 1 cm2 Da Frecvența de emisie ultrasunete Până la 3MHz Mod de emisie Continuu sau pulsant Sonde rezistente la apă Da Bază de date a pacientului Da Afișor digital Da Panou de comandă Ecran tip touch-screen Număr de canale independente 4 Alimentare 230V 50Hz	Intelect Mobile 2 Combo Da Da, Suggested Protocol Setting(SPS), Manual Mobile 2 pag 65 Da, Protocoale personalizate, Brosura Mobile 2, pag 4 Da, Manual Mobile 2 , pag 26-34, Brosura pag 7 Da, Brosura Mobile 2, pag 7 Da, ≥3Mhz, Brosura Mobile 2, pag 7 Da, Brosura Mobile 2, pag 7 Da, IPX7, Manual Mobile 2 Combo, pag25 Da, Date tratament, Manual Mobile 2, pag 69. Brosura Mobile 2,pag 3 Da, Manual Mobile 2, pag 12 Da, Ecran tactil, Manual Mobile 2, pag 12 Da, 2 ultrasunet, 2 stimulare, Manual Mobile 2, pag 12 Da, Manual Mobile 2, pag 24	ISO/CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav În calitate de: Director
Ofertantul: I.M. „Dutchmed-M” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebat 76, of. 807