

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: **04.07.2019**

Către: **Președintele Raionului Glodeni**

SA "M-INTER-FARMA" declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
- a) **SA "M-INTER-FARMA"** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii **Dispozitive medicale pentru IMSP Spitalul raional Glodeni.**
- a) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie:
1 199 979,00 (un million o sută nouăzeci și nouă mii nouă sute șaptezeci și nouă lei, 00 bani)
- b) Suma totală a ofertei **cu TVA** constituie:
1 439 974,80 (un million patru sute treizeci și nouă sute șaptezeci și patru lei, 80 bani)
- c) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
În cazul acceptării prezentei oferte, **SA "M-INTER-FARMA"** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- e) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat:

Nume: **Palii Nina**

În calitate de: **Specialist Achiziții Publice**

Ofertantul: **SA "M-INTER-FARMA"**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Grenoble 21**

Data: **04.07.2019**



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1560423105573 din 05.07.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor Medicale

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificarea bugetară (IBA N)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul 3								
33100000-1	Aparat radiologic mobil	Bucată	1	1 199 979,00	1 439 974,80	1 199 979,00	1 439 974,80	16.09.2019	Datele AC
					TOTAL	1 199 979,00	1 439 974,80		

Semnăt:

Numele, Prenumele: **Radu Nina**

În calitate de: **Specialist în Achiziții Publice**

Ofertantul: **S.A. M-INTER-FARMA**

Adresa: mun. Chisinau, Str. Grenoble 21



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1560423105573 din 05.07.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor Medicale

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 3						
3	Aparat radiologic mobil	Proslide 32B	Germania	Protec	Conform cerințelor tehnice în invitația la procedura de achiziție	Conform Anexei Nr.1 la Formularul F4.1	Certificat CE, ISO 9001, ISO 13485
3							
1							
0							
0							
0							
0-1							



Semnăt: _____
 Numele, Prenumele: **Pali Nina**
 În calitate de: **Specialist în Achiziții Publice**
 Ofertantul: **S. A. M- INTER-FARMA**
 Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 21

Anexă Nr.1
la Specificații tehnice (F4.1)

Denumire Sistem		<i>Proslide 32 B</i>	
Producător		<i>Protec</i>	
Țară de Origine		<i>Germania</i>	
Descriere	Sistem radiografic digital pe consolă mobilă motorizat		Da, Sistem radiografic digital pe consolă mobilă motorizat <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag. 1, Mechanical Specification, movment</i>
Parametru		Specificație solicitată	Specificație oferită
ANOD TUB Raze X	Capacitate termică, HU	≥ 1000000	107 000 HU <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag. 3, X- Ray tube, Thermal capacity of Anode</i>
	kVp, Diapazon	$\geq 40-130$ pas min 1 kV	40 – 125 KV pas 1 KV <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag. 2, X- Ray Specifications, KV values</i>
	mAs Diapazon	$\geq 0,32-320$	Da, 0,1 – 320 mAs <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag. 3, X- Ray Specifications, mAs Values</i>



	mAs Diapazon	Ajustabil min 60 pasi	Incrementare cu 12.5 % <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag. 3, , X- Ray Specifications, mAs Values</i>
	Pata focală, mm	0,7 -1,3	0,8 mm – 1,3 mm <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag. 3, Nominal Focus dim</i>
	Putere generator	min 32kW	Da, 32 KW <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag. 2, X- Ray Specifications, Max Power of the Generator</i>
	Rating 100kV	min 320 mA	Da, 320 mA <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag. 2, X- Ray Specifications, Max Power of the Generator</i>
	Timp de expunere	0,001-3.2 s	0,001 - 3 s <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag. 3, X- Ray Specifications, exposure times</i>
SID DIAPAZON, cm		≥ 100	Da, 727 - 2014 mm <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.1,</i>



			<i>Mechanical specification</i>
INDICATORI	Tip	Digital	Da, Digital <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.2, Operating Specification, User Interface</i>
	kVp	Digital	Da, Digital <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.2, Operating Specification, User Interface</i>
	mAs	Digital	Da, Digital <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.2, Operating Specification, User Interface</i>
COMPUTER	CPU	≥2.2 GHz, ≥2 nuclee	Da, 4 Nuclee 2.42 GHz <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.4, Optional, 19 inch All in One Touch-PC</i>
	Sistem de operare	Windows 7 sau echivalent	Da, windows 10 <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.4, Optional, 19 inch All in One Touch-PC</i>



	Memorie	$\geq 4\text{GB}$	Da, 4 GB <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.4, Optional, 19 inch All in One Touch-PC</i>
	Hard disk	$\geq 320\text{GB } 2,5'' \text{ SATA}$	Da, 320 GB SSD, hard diskul va fi adaptat conform cerintelor. <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.4, Optional, 19 inch All in One Touch-PC</i>
	WiFi	$\geq 802.11\text{b/g}$	Da, 802.11b/g <i>Product Data RAPIXX 4343Mli WiFi, pag. 2, Technical Product Specifications, Wireless connection</i>
DETECTOR DIGITAL	DR	DA	Da, DR <i>Product Data RAPIXX 4343Mli WiFi, pag. 1, Product Features, PROTEC DR-system complete set</i>
	Rezoluție matrice	$\geq 3408 \times 4256 \text{ pixels}$	3072x3072 <i>Product Data RAPIXX 4343Mli WiFi, pag. 2, Technical Product Specifications. Active area</i>



	Pixel	$\leq 100 \mu\text{m}$	139 μm <i>Product Data RAPIXX 4343Mli WiFi , pag. 2, Technical Product Specifications. Pixel size</i>
	Gradație	≥ 16 biti	Da, 16 biti <i>Product Data RAPIXX 4343Mli WiFi , pag. 2, Technical Product Specifications. Greyscale values</i>
	Dimensiune, cm	$\geq 35 \times 43$	Da, 427×427 mm (43×43) <i>Product Data RAPIXX 4343Mli WiFi , pag. 2, Technical Product Specifications. Active area</i>
	Timp până la apariția imaginii	Max 5 sec	Da, <6 sec prin cablu/<9 sec prin WIFI <i>Product Data RAPIXX 4343Mli WiFi , pag. 2, Technical Product Specifications. Preview image after exposure</i>
	Tip conectare la unitate	Serial, USB, Eth, WiFi	Da, ETH, WIFI <i>Product Data RAPIXX</i>



			4343Mli WiFi , pag. 2, Technical Product Specifications. Wireless connection/ Interface
MONITOR	Încorporat	da	Da, Încorporat <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.4, Optional, 19 inch All in One Touch-PC</i>
	Touch screen	da	Da, Touch screen <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.4, Optional, 19 inch All in One Touch-PC</i>
	Diagonală, in	$\geq 19"$	Da, 19 inch <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.4, Optional, 19 inch All in One Touch-PC</i>
Protectie	Posibilitatea de prevenire a coleziune in fata	da	Da, Posibilitatea de prevenire a coleziune in fata
CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR		da ,LED	Da, LED <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.3, Collimator Lighting Source</i>



CERINȚE ALIMENTARE	Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fișă de rețea de tip F "Schuko"	Da, Toate componentele echipamentului electric se conectează la priză prin fișă de rețea de tip F "Schuko"
	Electricitate: 220 Volți monofazic, Frecvența 50 Hertz	Da, 220 V, 50 Hz <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.1, Electrical Specification, Power Supply/Frequency</i>
	Baterie internă	Da, baterie internă p/u 200 expoziții la 80KV/50 mAs. sau 6 ore <i>Product Data Protec Proslide 32 B, pag.2, Batteries</i>
	Cablu Minim 4 m	Da, cablu electric va fi de 4 m lungime

Semnat: 
 Numele, Prenumele: Palii Nina
 În calitate de: Specialist în Achiziții Publice
 Ofertantul: S. A. „M-INTER-FARMA”
 Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 21

