Specificaţii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666964373050 din 2 nov 2022, 15:00 - 11 nov 2022, 15:00

Obiectul achiziției: Instalatii Stmatologice

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Ţara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331000 00-1	1	Instalaţie stomatologică combinată cu fotoliu	SS ONE	Italia	Simple&Smart	Instalaţie stomatologică combinată cu fotoliu Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igiena dentară şi tratament stomatologic. **Fotoliul stomatologic** Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180° Tetieră reglabilă ≥40cm Setări minim 1 utilizatori Greutate maximă 200kg Comandă pedală pneumatica Programe de poziţionare minim 3 Accesorii cotiere Sarcina min 180kg Înălţime reglabilă Suport spate da Suport picior da Motor electric 24V **Masa dentistului** Turbină M4 cu chee 2500-3000 rpm. Turbină cu buton min 3000rpm. Seringă cu 3 căi apă, aer, spray. vârf angulat 90º, detaşabil Scaler cu minim 6 vârfuri cu iluminare LED ≥28MHz. Micromotor electric, autoclavabil. de la 30000-40000 rpm. Piesă contraughi de la 25-40000 rpm. Negatoscop. **Scaun medic** Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Sarcină maximă ≥150kg Înălţime reglabilă Suport spate reglabil Cu suport pentru picior **Braţ asistentă** Aspirator de salivă Aspiraţie slabă Aspiraţie puternică Lampă fotopolimer lungimea de undă ≥420nm minim 2 poziţii ≥1000 minW/cm2 Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vârf angulat 90º, detaşabil Panou de comandă cu aceleaşi funcţii ca la masa dentistului Dirijare scaun medic joj-sus	Da, SS ONE Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da	**CE/ISO**

Digitally signed by Grabazei Alexandru
Date: 2022.11.10 16:08:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

						Speteaza inainte, în spate	Da	
						Cameră intraorală	Da	
						Bloc hidraulic	Da	
						Umplere apa pahar.	Da	
						Incalzire apa.	Da	
						Revenire la setari.	Da	
						Golire apa din bol.	Da	
						Tava pentru instrumente suspendabilă.	Da	
						Reglarea ţavii după înalţime.	Da	
						Bol flexibil al scuipătorului fixat de fotoliu rezistent la lovituri	Da	
						Rezistent la acţiunea razelor ultraviolete.	Da	
						Rezistent la acţiunea substantelor de dezinfectare.	Da	
						Detasabil.	Da	
						Posibilitatea de rotire în jurul axei	Da	
						Clătitor.	Da	
						Filtru pentru impurităţi.	Da	
						Posibilitatea programării volumului de apă.	Da	
						Turbină dentară	Da, F22-SP4 Soco, pag 12 Brosura Soco 2020	
						Sistem buton la schimbul borului	Da	
						Presiune de lucru:	Da	
						-de la 2.5 până la 2.7 bar	Da	
						Sursa de lumină LED	Da	
						Răcire apă/aer	Da	
						Rotaţii ≥ 300000 rot/min	Da	
						Piesă contraunghi	Da, D24-C, Soco, pag 21 Brosura Soco 2020	
						Rotaţii ≥ 40000 rot/min	Da	
						Adaptabilă la micromotor	Da	
						Autoclavabilă	Da	
						Schimbarea frezei - buton	Da	
						Răcire apă/aer	Da	
						Sursa de lumină	Da	
						LED Poziţii 2 de la 6000 Lux la 30 000 Lux, conectare/deconectare prin senzor	Da	
						Axa de rotaţie ≥3	Da	
						Unghi de iluminare reglabilă	Da	
						Înălţime reglabilă	Da	
						Tip lumină alb/rece	Da	
						Detartror (scaler)	Da, UDS-N2 LED, Woodpeker , pag 21 Brosura Woodpeker_catalogue	
						Cu iluminare LED.	Da	
						Mâner detaşabil, autoclavabil.	Da	
						Frecvenţa de lucru de la 25 până la 31 KHz.	Da	
						Ansă pentru scaling min 6 buc diferite ca formă şi mărime	Da	
						Intensitate reglabilă	Da	
						Accesorii - trusă endodotică	Da	
						Compresor	Da, SS.APR 1, pag 21 Brochure Machinery	
						Fără ulei.	Da	
						Capacitate de producere - nu mai mică de70 L/min.	Da	
						Rezervor nu mai mic de 30 L.	Da	
						Manometru - afişarea presiunei la instrumente	Da	
						Putere ≥1,5kw Revenirea automată la poziţia iniţială.	Da	
						Control multifuncţional de la picior mobil. Tensiune 220-240V.	Da	
						Frecvenţa 50-60 Hz.	Da	
						Monitor	Da	
						Diametru ≥ 19cm, LED	Da	
						Cameră intraorală	Da	
						Posibilitatea conectării la calculator prin USB	Da	
						Tip CCD	Da	
						Pedală multifuncţională	Da	
						Cu joy-stick pentru mişcările scaunului şi acţionarea instrumentelor, activare clătire circuite interne unit şi instrumente.	Da	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**