

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21157356 din 27.01.2024

Obiectul de achiziție: Necesarul de consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale anul 2024

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
Sensor SpO2	U401-A(03EL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000459554	CE
Total lot 5						
Lotul 6						
Sensor SpO2	U401-A(02FL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000451127	CE
Total lot 6						
Lotul 9						
Sensor O2	M-04	Germania	IT Dr. Gambert GmbH		Conector: Molex cu 3 pini Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: < 12 secunde REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452552	CE
Total lot 9						
Lotul 11						
Sensor O2	M-07	Germania	IT Dr. Gambert GmbH		Conector: RJ11 modular mufa 4P4C Deviatorul de debit trebuie comandat cu disperare Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 7,5-13,0 mV Timp de răspuns: < 12 secunde REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452556	CE
Total lot 11						
Lotul 13						
Sensor O2	M-07 or M-15	Germania	IT Dr. Gambert GmbH		Conector: RJ11 modular mufa 4P4C Deviatorul de debit trebuie comandat cu disperare Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 7,5-13,0 mV Timp de răspuns: < 12 secunde or Conector: mufă mono de 3,5 mm Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8-12 mV Timp de răspuns: < 16 secunde REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452556 or DM000452567	CE
Total lot 13						

Lotul 20						
Umidificator O2 cu debitmetru	RO.400.12039 + DIN conector	Italia	SUN O SUB		Gaz Oxigen medical Presiune de lucru 3,5 bar Debit 0-15 lit/min flux continuu Intervalele 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 Debit 0-6 lit/min (la cerere) Intervale 0,5-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6 Precizie +/-10% o +/- 0,5 lt.min. Interval de temperatură -20°C +50°C Materiale Corp CW617N-UNI EN 12165 (Alamă placată cu crom) REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452579	CE
Total lot 20						
Lotul 21						
Sensor SpO2	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000468913	CE
Total lot 21						
Lotul 22						
Manjete cu 1 tub	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		CM Large Adult Single NIBP Cuff, cu bladder,TPU,33-47CM REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655249	CE
Total lot 22						
Lotul 23						
Manjete cu 1 tub	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		CM Adult Single NIBP Cuff cu bladder,TPU,25-35CM REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655251	CE
Total lot 23						
Lotul 24						
Electrozi ECG tip cleme+pare de cauciuc	U901-1CA + U901-2CC	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Electrozi ECG tip cleme+pare de cauciuc	CE
Total 24						
Lotul 27						
Cablu ECG	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf EDAN SE 601 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655216	CE
Total lot 27						
Lotul 28						
Cablu ECG	U303-35CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC	CE
Total lot 28						

Lotul 29						
Umidificator O2	CO.400.12059	Italia	SUN O SUB		Corp Macron sterilizabil Attacco Alama Cromat Conexiuni Admisie 9/16 UNF femela Ieşire Hosetail 6 mm. Reglabil Dimensiunea si greutatea Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l/min. (max) Presiune de utilizare 5 bar (max) Capacitate 250 cmc REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000523415	CE
Total lot 29						
Lotul 32						
Acumulator (baterie interna)	97311	Germania	METRAX Gmbh		PRIMEDIC AkuPak LITE XD, baterie reîncărcabilă cu litiu (LiFePO4) pentru DefiMonitor XD şi HeartSave, cu indicator de încărcare, 13.2V / 2.5Ah ,	CE
Total lot 32						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chişinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23