

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP AMT Centru.

Numărul procedurii de achiziție: 21022841, ocde-b3wdp1-MD-1589452421328.							Data: 05.06.2020	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactivi de laborator (imunologici).							Lot:	pag. 1 din 1
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articulului	Țara de origine	Producăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lotul 4 Probe reumatice

4	33698000-9	ASL-O, liofilizat, metoda de aglutinare, determinare cantitativă,	ASLO-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (10 fiole /set(15-25doze în fiolă) inclus control negativ - 1ml și pozitiv -1 ml)	ASL-O , 1fl x 5ml, de reagent latex cu control negativ și pozitiv, necesar pentru 100teste, determinare cantitativă. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33698000-9	CRP 5 ml de reagent latex, determinare cantitativă,	CRP-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (inclus control negativ - 1 ml și pozitiv-1 ml, 100 doze în set)	CRP , 1fl x 5ml, de reagent latex cu control negativ și pozitiv, necesar pentru 100teste, determinare cantitativă. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33698000-9	RF 5ml de reagent latex determinare cantitativă	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (inclus control negativ - 1 ml și pozitiv-1 ml, 100 teste în set)	RF , 1fl x 5ml, de reagent latex cu control negativ și pozitiv, necesar pentru 100teste, determinare cantitativă. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnăt:_____

Numele, prenumele: **Virsi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 05.06.2020
Valabilitatea ofertei - 90 zile.