

Specificații tehnice

Numărul licitației: 21209467 / ocds-b3wdp1-MD-1712921413875

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical și de laborator , IMSP AMT Centru

Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lotul 1-Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a analizatoarelor de laborator: Analizator hematologic RUBY-1 buc; Analizator biochimic Selectra PRO XL-3 buc; Analizator biochimic StatFax 1904-1 buc; Analizator biochimic StatFax 3300-1 buc; Analizator imunologic Stat Fax 4700-3 buc;	Lotul 1-Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a analizatoarelor de laborator: Analizator hematologic RUBY-1 buc; Analizator biochimic Selectra PRO XL-3 buc; Analizator biochimic StatFax 1904-1 buc; Analizator biochimic StatFax 3300-1 buc; Analizator imunologic Stat Fax 4700-3 buc;	*	*	* timpul de intervenție în caz de defecțiune nu va depăși 12ore; * tipul de înlăturare a defecțiunii nu va depăși 48ore; * la începutul perioadei se va efectua o revizie tehnică a analizatoarelor, urmată de o probă funcțională cu întocmirea unui raport semnat de părți; * raportul va conține lista pieselor și componentelor ce urmează a fi schimbate; * mentenanța va include reparații minore fără utilizarea pieselor de schimb; * va fi asigurat suportul informațional al utilizatorului la telefon în situații de criză; * toate lucrările executate vor fi documentate prin acte corespunzătoare; * trimestrial se va face raportul lucrărilor executate însoțit de actele corespunzătoare cu semnătura părților; Operatorii economici vor prezenta: autorizația de activitate în domeniu; certificate de calificare a personalului.	* timpul de intervenție în caz de defecțiune nu va depăși 12ore; * tipul de înlăturare a defecțiunii nu va depăși 48ore; * la începutul perioadei se va efectua o revizie tehnică a analizatoarelor, urmată de o probă funcțională cu întocmirea unui raport semnat de părți; * raportul va conține lista pieselor și componentelor ce urmează a fi schimbate; * mentenanța va include reparații minore fără utilizarea pieselor de schimb; * va fi asigurat suportul informațional al utilizatorului la telefon în situații de criză; * toate lucrările executate vor fi documentate prin acte corespunzătoare; * trimestrial se va face raportul lucrărilor executate însoțit de actele corespunzătoare cu semnătura părților; Operatorii economici vor prezenta: autorizația de activitate în domeniu; certificate de calificare a personalului.	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2