

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21566161, ocds-b3wdp1-MD-1770988351457						Data: 19.03.2026	Alternativa nr.	
Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA II						Lot:	pag. 1 din 1	
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
72	33100000-1	Spălător pentru microplăci 250420	BK-9622	China	Biobase	Spălător pentru microplăci Cod 250420 Descriere: Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurînd soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/combinare/dozare. Parametru / Specificația Canale de la 8 pînă la 12 Capabile să spele toate tipurile de microplăci obligatoriu Dotat cu calibrator obligatoriu Afișare LCD Programabil obligatoriu Alarmă obligatoriu, indicați lista Control automat Numărul ciclurilor de spălare, diapazon minim 1...15 Alimentare 220-240 V, 50 Hz	Spălător pentru microplăci ELISA automat BK-9622 . Registrul de stat al dispozitivelor medicale nr. DM000578951. [Model este indicat greșit (BL-9622), precum că în Declarație de Conformitate model BK-9622 https://registru.dispozitive.amdm.gov.md] Descriere: Parametrul / Specificația Canale 8 și 12 p. 8 User Manual Capabile să spele toate tipurile de microplăci - 4 tipuri de microplăci: „fund plat”, „fund în U”, „fund în V” și „fund rotund” p. 8 User Manual Dotat cu calibrator - Da Afișare LCD - 7-inch touch display Manual de utilizare, pag. 5, secțiunea 1.1.1 „Features”, punctul (4) Programabil, tastatură: 5 taste cheie cu membrană Broșura, desen Alarmă p. 8 User Manual Control automat - Control prin microcomputer – permite funcționarea automată și precisă a procesului de spălare Manual de utilizare, pag. 5, secțiunea 1.1 Introducerea produsului <i>Alimentare AC220V±10%, 50/60Hz; 110±10%, 60Hz</i> Broșura	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 19.03.2026

Valabilitatea ofertei - 160 zile.