

Specificații tehnice

		<i>cest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,</i>							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1693399523978						Data: „ ” _____ 20__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		Achiziția Dispozitivelor medicale conform IMSP beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 29)						Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
33100000-1	7	Lampă frontală pentru ORL	Lampă frontală pentru ORL	AGS-102L	China	WUZHOU AOKACE TECHNOLOGY CO., LTD	<p>Parametri tehnici solicitați</p> <p>Iluminare LED</p> <p>Temperatura culori minim 6 000 Kelvin</p> <p>Iluminare la 25cm distanța de lucru: 15 000 – 40 000 ±10 000 lx</p> <p>Focus ajustabil</p> <p>Durata de viață a LED-urilor minim 50 000 ore</p> <p>Baterie Li-ion reîncărcabilă</p> <p>Capacitate baterie minim 2500mAh</p> <p>Timp de lucru minim 4 ore</p> <p>Bloc reîncărcare baterie inclus</p> <p>Alimentare 220V</p> <p>Bandă de fixare pe cap ajustabilă</p>	<p>Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Timpul de lucru de la acumulator: 5h; Montat pe cap ce permite: - banda de fixare pe cap tip circular - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; Spot luminos reglabil, diapazon 12-80 mm. Puterea de iluminare la distanța de 200 mm - 110.000 lux. Iluminarea tip LED 5 W. Greutatea maximă 185 g. Accesorii: • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. • Acumulator – 1 bucăți. Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării. Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

