Digitally signed by Jighili Tatiana
Date: 2026.01.02 09:19:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 22
la Documentația standard

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1766497746758/21530138 din: 23.12.2025 conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției:Achiziționarea pH metru de laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"

Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
1	pH metru de laborator	pH metru de laborator	PH-P510T	China	Infitek.Co.,Ltd	Descriere: Dispozitiv pentru măsurarea pH cu electrozi specifici măsurărilor în medii de cultură lichide și semisolide Anul producerii: 2025 sau mai nou; Gama de măsurare: -2 – 20 pH; Rezoluție setabilă: 0.1, 0.01 și 0.001 pH; Acuratețe: ±0.1, ±0.01, ±0.005 pH, în dependență de rezoluția setată; Calibrare: automată și manuală în minim 3 puncte; Compensare temperatură: automată și manuală în domeniul -5°C – 105°C; Afișare: ecran LCD; Număr canale: 2 canale pentru măsurarea pH sau 2 dispozitive cu un canal; Tensiune alimentare: 210 – 240V/50Hz; Posibilitate funcționare de la rețea electrică și de la baterii sau acumulatori. Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul: Electrod pH recomandat de producător pentru măsurarea pH al mediilor de cultură lichide – 1 bucată; Electrod pH, pentru suprafețe, recomandat de producător pentru măsurarea pH al mediilor de cultură semisolide(cu agar-agar) – 1 bucată; Suport pentru electrozi: 1 bucată pentru 2 electrozi sau 2 bucăți pentru fiecare electrod; Cablu de alimentare sau adaptor de rețea electric – 1 set; Baterii sau acumulatori – 1 set; Soluții pentru calibrare, curățare, păstrare electrozi – 1 set; Alte accesorii și consumabile recomandate de producător pentru utilizarea corectă a dispozitivului	Descriere: Dispozitiv pentru măsurarea pH cu electrozi specifici măsurărilor în medii de cultură lichide și semisolide Anul producerii: 2025 sau mai nou; Gama de măsurare: -2 – 20 pH; Rezoluție setabilă: 0.1, 0.01 și 0.001 pH; Acuratețe:;±0.002 pH Calibrare: automată și manuală pana la 8 puncte; Compensare temperatură: automată și manuală în domeniul -10°C – 135°C; Afișare: ecran LCD; Număr canale: 2 canale pentru măsurarea pH sau 2 dispozitive cu un canal; Tensiune alimentare: 210 – 240V/50Hz; Posibilitate funcționare de la rețea electrică și de la baterii sau acumulatori. Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul: Electrod pH recomandat de producător pentru măsurarea pH al mediilor de cultură lichide – 1 bucată; Electrod pH, pentru suprafețe, recomandat de producător pentru măsurarea pH al mediilor de cultură semisolide(cu agar-agar) – 1 bucată; Suport pentru electrozi: 1 bucată pentru 2 electrozi sau 2 bucăți pentru fiecare electrod; Cablu de alimentare sau adaptor de rețea electric – 1 set; Baterii sau acumulatori – 1 set; Soluții pentru calibrare, curățare, păstrare electrozi – 1 set; Alte accesorii și consumabile recomandate de producător pentru utilizarea corectă a dispozitivului	CE ISO

Semnat:_____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4