

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1605014709144					Data: 19.11.2020		
Denumirea licitației: Achiziționarea echipament și ustensile de uz veterinar						Pagina 1 din 1	
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
	Lotul 4						
1	Pipetă automată de laborator	15166	China	ARI	Pipetă-dozaator automat monocanal cu volum variabil de la 100 până la 1000 µl.	Pipetă-dozaator automat monocanal cu volum variabil de la 100 până la 1000 µl. Ușor, ergonomic, cu forță redusă Ușor de calibrat și întreținut cu instrumentul furnizat Designul ajută la evitarea rănilor provocate de tulpini repetate Calibrat în conformitate cu ISO8655. Fiecare pipetă furnizată cu certificat de test individual Partea joasă este disponibilă pentru autoclavare Fabricat din materiale inovatoare	
	Total:						

Valabilitatea ofertei - 30 zile

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Marcel**

In calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «PARAMED GRUP»**

Adresa: **mun. Chișinău, or. Cricova, str. Nucarilor, 2**