

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție: 21015980 din 09 decembrie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	196	196.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 16Fr/5,3mm)	Z210-16	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u sevrăjul de ventilator) p/u adulți 72 ore , camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradaj numeric p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirație, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u sevrăjul de ventilator) p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradaj numeric p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirație, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm. Codul Produsului: Z210-16 13485 Certificat CE , Certificat ISO Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7