

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

NR licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1623402250808	Data:2 iul 2021, 9:11 - 24 iul 2021, 9:11	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	achiziționarea dispozitivelor medicale, Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021	Lot: 34,35,36	Pagina: 1 din 3

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
34	33100000-1	Lampă cu fantă, ocular 10x	Slit Lamp SL-IC4D	Germania	OCULUS Optikgeräte GmbH	Anul de producere: 2020 - 2021; Bioncular cu oculari de 10x, cu ajustare dioptrică de la -7D până la +7D; Mărirea în minim 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x; Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire), între prisma cu fantă și ochiul pacientului, pentru utilizarea lentilei Goldman sau Volk : ≥60mm; Ajustarea fantei pe orizontal(diapazonul minim): 0 - 14 mm (continuu); Ajustarea fantei pe vertical(diapazonul minim): 1 - 14 mm(trepte și continuu); Ajustarea unghiului de înclinare (diapazonul minim): 0° - 20°; Unghiuli de rotire dreapta/stanga a prisme cu fanta (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°; Unghiuli de rotire dreapta/stanga a binocularilor (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°; Deplasarea bazei manevrat de joystick; Deplasarea laterala a bazei: ≥100mm ; Deplasarea adâncime a bazei: ≥90mm ; Deplasarea înălțime a bazei: ≥25mm ; Reglarea înălțimei barbiei: ≥50mm; Filtre: albastru cobalt, verde; Reglarea fluxului de lumină de la minim (lipsa iluminării) până la maxim; Suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	Conform Anexa 1	CE/ISO

35	33100000-1	Autorefractokeratometru	65000 PARK1	Germania	OCULUS Optikgeräte GmbH Anul de producere: 2020 - 2021; Măsurări: diametrul minim al pupulei 2 mm; refracție (diapazoanele minime): sfera -25D ~ +22 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; cilindru -10 D ~ +10 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; axa 0~180°, cu pasu 1°; keratometrie (diapazoanele minime): raza de curbura a corneei 5.00~10.00 mm, cu pasu 0.01 mm; putere de refracție 33.00 ~ 67.00 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; astigmatism 0 D ~ ±10 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; axa 1~180°, cu pasu 1°; masurarea distanței interpupilară: automat; manual (20-80mm, pasu 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystick; reglarea înălțimei barbiei motorizată: ≥50mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color ≥ 5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română	Conform Anexa 1	CE/ISO
36	3100000-1	Perimetru computerizat	Twinfield® 2	Germania	OCULUS Optikgeräte GmbH Anul de producere: 2020 - 2021; Diapazonul pe un ochi : 0° - 90°; Măsurarea pupilei automat; Marimea stimulării (după Goldmann): I, II, III, IV, V ; Metode: standart W/W, Albastru/ Rosu pe Alb; Strategii: TOP, SITA, Dinamică, Normală; Programe: General/Glaucom 30°, General/Glaucom periferic, Macula, Screening, Disability; Rețele: DICOM, Ethelnet, EMR; Ecran tactil; Calculator cu aplicatie de monitorizare a pacientilor; Suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.	Conform Anexa 1	CE/ISO

					Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Ofertantul: “AG Medical”SRL
Semnat: _____
Numele, Prenumele:**Rusu Cristina**
În calitate de: **administrator**