

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1603195541326</u>	Data: 20 octombrie 2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației <i>Reagent compatibil cu analizatorul VIDAS bioMerieux, (sistem inchis)</i>	Lotul: 2	Pagina _1din _2

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Reagenți pentru analizatorul VIDAS bioMerieux, (sistem inchis)							
1.1	Vitamina D	VITD 30463	Franța	bioMerieux	Pentru analizatorul VIDAS bioMerieux, (sistem inchis)	VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL - test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS pentru determinarea 25-hidroxivitaminei D Totale in serul sau plasma umana, folosind tehnica ELFA. Reagenti gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Ambalaj: 60 teste/set	CE IVD
2.1	Material de control pentru analizatorul Vidas Vitamina D Nivelul I	IA 2633	Marea Britanie	Randox	Pentru analizatorul VIDAS bioMerieux, (sistem inchis)	IMMUNOASSAY PREMIUM - LEVEL 1; 5 ml, compatibil cu analizorul Vidas	CE IVD
2.1	Material de control pentru analizatorul Vidas Vitamina D Nivelul II	IA 2633	Marea Britanie	Randox	Pentru analizatorul VIDAS bioMerieux, (sistem inchis)	IMMUNOASSAY PREMIUM - LEVEL 2; 5 ml, compatibil cu analizorul Vidas	CE IVD

2.1	Material de control pentru analizatorul Vidas Vitamina D Nivelul III	IA 2633	Marea Britanie	Randox	Pentru analizatorul VIDAS bioMerieux, (sistem inchis)	IMMUNOASSAY PREMIUM - LEVEL 3; 5 ml, compatibil cu analizorul Vidas	CE IVD
	TOTAL						

Semnat:

Nume: **Victoria Olaru**

În calitate de: **Manager Departament Comercial**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **Mun. Chisinau 2005, str. V. Alecsandri, 141/A, et. 1**

Data: **10.11.2020**