

IMSP S Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1783665527157 (21649331) din 20.07.2026
Denumirea procedurii de achiziție:	sisteme de drenaj și cîmpuri pentru masa de instrumente

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință / Nr. înregistrare în RSDM
Lot 1 Sistem de drenaj 20 CH	SMD1011	India	Sterimed	Specificații tehnice: 1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual 5. Orificiile laterale să fie uniforme și distribuite astfel încât obturarea unui singur orificiu să nu conducă la întreruperea completă a drenajului; 6. Diametrul fiecărui orificiu lateral să nu depășească 1/3 din diametrul intern al lumenului drenului; 7. Orificii cu margini netede, fără bavuri, fisuri sau defecte de fabricație; 8. Construcția drenului să asigure menținerea permeabilității lumenului și să prevină colabarea sau deformarea peretelui în zona orificiilor de drena și pe parcursul drenului; 9. Material flexibil, rezistent la îndoire și strangulare (anti-kinking); 10. Tubul colector și drenul să nu prezinte deformări, îndoiri sau colabări (anti-kinking); 11. Produsul să permită drenaj continuu și eficient în condiții clinice de utilizare. 12. Margini rotunjite a capătului distal și proximal pentru a nu produce leziuni în timpul utilizării.	Specificații tehnice: 1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual 5. Orificiile laterale să fie uniforme și distribuite astfel încât obturarea unui singur orificiu să nu conducă la întreruperea completă a drenajului; 6. Diametrul fiecărui orificiu lateral să nu depășească 1/3 din diametrul intern al lumenului drenului; 7. Orificii cu margini netede, fără bavuri, fisuri sau defecte de fabricație; 8. Construcția drenului să asigure menținerea permeabilității lumenului și să prevină colabarea sau deformarea peretelui în zona orificiilor de drena și pe parcursul drenului; 9. Material flexibil, rezistent la îndoire și strangulare (anti-kinking); 10. Tubul colector și drenul să nu prezinte deformări, îndoiri sau colabări (anti-kinking); 11. Produsul să permită drenaj continuu și eficient în condiții clinice de utilizare. 12. Margini rotunjite a capătului distal și proximal pentru a nu produce leziuni în timpul utilizării.	CE, ISO / DM000657595

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință / Nr. înregistrare în RSDM
Lot 2 Sistem de drenaj 22 CH	SMD1011	India	Sterimed	Specificații tehnice: 1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual 5. Orificiile laterale să fie uniforme și distribuite astfel încât obturarea unui singur orificiu să nu conducă la întreruperea completă a drenajului; 6. Diametrul fiecărui orificiu lateral să nu depășească 1/3 din diametrul intern al lumenului drenului; 7. Orificii cu margini netede, fără bavuri, fisuri sau defecte de fabricație; 8. Construcția drenului să asigure menținerea permeabilității lumenului și să prevină colabarea sau deformarea peretelui în zona orificiilor de drena și pe parcursul drenului; 9. Material flexibil, rezistent la îndoire și strangulare (anti-kinking); 10. Tubul colector și drenul să nu prezinte deformări, îndoiri sau colabări (anti-kinking); 11. Produsul să permită drenaj continuu și eficient în condiții clinice de utilizare. 12. Margini rotunjite a capătului distal și proximal pentru a nu produce leziuni în timpul utilizării.	Specificații tehnice: 1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual 5. Orificiile laterale să fie uniforme și distribuite astfel încât obturarea unui singur orificiu să nu conducă la întreruperea completă a drenajului; 6. Diametrul fiecărui orificiu lateral să nu depășească 1/3 din diametrul intern al lumenului drenului; 7. Orificii cu margini netede, fără bavuri, fisuri sau defecte de fabricație; 8. Construcția drenului să asigure menținerea permeabilității lumenului și să prevină colabarea sau deformarea peretelui în zona orificiilor de drena și pe parcursul drenului; 9. Material flexibil, rezistent la îndoire și strangulare (anti-kinking); 10. Tubul colector și drenul să nu prezinte deformări, îndoiri sau colabări (anti-kinking); 11. Produsul să permită drenaj continuu și eficient în condiții clinice de utilizare. 12. Margini rotunjite a capătului distal și proximal pentru a nu produce leziuni în timpul utilizării.	CE, ISO / DM000657595

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință / Nr. înregistrare în RSDM
Lot 3 Sistem de drenaj 24 CH	SMD1011	India	Sterimed	Specificații tehnice: 1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual 5. Orificiile laterale să fie uniforme și distribuite astfel încât obturarea unui singur orificiu să nu conducă la întreruperea completă a drenajului; 6. Diametrul fiecărui orificiu lateral să nu depășească 1/3 din diametrul intern al lumenului drenului; 7. Orificii cu margini netede, fără bavuri, fisuri sau defecte de fabricație; 8. Construcția drenului să asigure menținerea permeabilității lumenului și să prevină colabarea sau deformarea peretelui în zona orificiilor de drena și pe parcursul drenului; 9. Material flexibil, rezistent la îndoire și strangulare (anti-kinking); 10. Tubul colector și drenul să nu prezinte deformări, îndoiri sau colabări (anti-kinking); 11. Produsul să permită drenaj continuu și eficient în condiții clinice de utilizare. 12. Margini rotunjite a capătului distal și proximal pentru a nu produce leziuni în timpul utilizării.	Specificații tehnice: 1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual 5. Orificiile laterale să fie uniforme și distribuite astfel încât obturarea unui singur orificiu să nu conducă la întreruperea completă a drenajului; 6. Diametrul fiecărui orificiu lateral să nu depășească 1/3 din diametrul intern al lumenului drenului; 7. Orificii cu margini netede, fără bavuri, fisuri sau defecte de fabricație; 8. Construcția drenului să asigure menținerea permeabilității lumenului și să prevină colabarea sau deformarea peretelui în zona orificiilor de drena și pe parcursul drenului; 9. Material flexibil, rezistent la îndoire și strangulare (anti-kinking); 10. Tubul colector și drenul să nu prezinte deformări, îndoiri sau colabări (anti-kinking); 11. Produsul să permită drenaj continuu și eficient în condiții clinice de utilizare. 12. Margini rotunjite a capătului distal și proximal pentru a nu produce leziuni în timpul utilizării.	CE, ISO / DM000657595

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință / Nr. înregistrare în RSDM
Lot 4 Sistem de drenaj 26 CH	SMD1011	India	Sterimed	Specificații tehnice: 1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual 5. Orificiile laterale să fie uniforme și distribuite astfel încât obturarea unui singur orificiu să nu conducă la întreruperea completă a drenajului; 6. Diametrul fiecărui orificiu lateral să nu depășească 1/3 din diametrul intern al lumenului drenului; 7. Orificii cu margini netede, fără bavuri, fisuri sau defecte de fabricație; 8. Construcția drenului să asigure menținerea permeabilității lumenului și să prevină colabarea sau deformarea peretelui în zona orificiilor de drena și pe parcursul drenului; 9. Material flexibil, rezistent la îndoire și strangulare (anti-kinking); 10. Tubul colector și drenul să nu prezinte deformări, îndoiri sau colabări (anti-kinking); 11. Produsul să permită drenaj continuu și eficient în condiții clinice de utilizare. 12. Margini rotunjite a capătului distal și proximal pentru a nu produce leziuni în timpul utilizării.	Specificații tehnice: 1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual 5. Orificiile laterale să fie uniforme și distribuite astfel încât obturarea unui singur orificiu să nu conducă la întreruperea completă a drenajului; 6. Diametrul fiecărui orificiu lateral să nu depășească 1/3 din diametrul intern al lumenului drenului; 7. Orificii cu margini netede, fără bavuri, fisuri sau defecte de fabricație; 8. Construcția drenului să asigure menținerea permeabilității lumenului și să prevină colabarea sau deformarea peretelui în zona orificiilor de drena și pe parcursul drenului; 9. Material flexibil, rezistent la îndoire și strangulare (anti-kinking); 10. Tubul colector și drenul să nu prezinte deformări, îndoiri sau colabări (anti-kinking); 11. Produsul să permită drenaj continuu și eficient în condiții clinice de utilizare. 12. Margini rotunjite a capătului distal și proximal pentru a nu produce leziuni în timpul utilizării.	CE, ISO / DM000657595

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2

Specificații de preț

IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1783665527157 (21649331) din 20.07.2026
Denumirea procedurii de achiziție:	sisteme de drenaj și câmpuri pentru masa de instrumente

Cod CPV	Denumire obiectului achiziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Valoarea estimativă
33141640-8/ 33141000-0	Lot 1 Sistem de drenaj 20 CH	buc	800	42.50	45.90	34,000.00	36,720.00	în termen de 30 zile de la solicitare	35,120.00
33141640-8/ 33141000-0	Lot 2 Sistem de drenaj 22 CH	buc	1000	42.50	45.90	42,500.00	45,900.00		43,900.00
33141640-8/ 33141000-0	Lot 3 Sistem de drenaj 24 CH	buc	1000	42.50	45.90	42,500.00	45,900.00		43,900.00
33141640-8/ 33141000-0	Lot 4 Sistem de drenaj 26 CH	buc	700	42.50	45.90	29,750.00	32,130.00		30,730.00
TOTAL						148,750.00	160,650.00		

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2