

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1760679494634 din 17 octombrie 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitive medicale, consumabile, alte bunuri de uz medical în vederea realizării Programului Național de combaterea hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2026 (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 1 Teste pentru determinarea cantitativa a HDV prin PCR						
Teste pentru determinarea cantitativa a HDV prin PCR	847-0207400542 RoboGene HDV RNA Quantification Kit 2.0 847-0259200603 INSTANT Virus RNA/DNA Kit	Germania	ROBOSCREEN DIAGNOSTICS	Test real time PCR IVD destinat pentru screening-ul Hepatitei virale D din sânge uman. Prezentarea trusei: Setul trebuie să conțină atât reactivi necesari pentru extragerea virusului ARN din sânge uman, cât și reactivi pentru etapa de amplificare. Produsul de la extragere trebuie să fie compatibil cu produsul necesar pentru amplificare. Amplificarea și detecția trebuie să fie incluse în aceeași etapă cu interpretarea calitativă și cantitativă. Testul trebuie să fie destinat pentru diagnosticul și	Test real time PCR IVD este destinat pentru screening-ul Hepatitei virale D din sânge uman. Prezentarea trusei: Setul conține atât reactivi necesari pentru extragerea virusului ARN din sânge uman, cât și reactivi pentru etapa de amplificare. Kitul de extragere este compatibil cu produsul pentru amplificare. Amplificarea și detecția sunt incluse în aceeași etapă cu interpretarea calitativă și cantitativă. Testul teste destinat pentru diagnosticul și monitorizarea	CE

				monitorizarea eficacienței tratamentului pentru Hepatita Virală D. Setul de amplificare trebuie să fie compatibil cu platforma QuantStudio™ 5 Real- Time PCR System sau cu platforma Rotor-Gene Q.	eficacienței tratamentului pentru Hepatita Virală D. Setul de amplificare este compatibil cu platforma QuantStudio™ 5 Real- Time PCR System sau cu platforma Rotor-Gene Q.	
				TOTAL LOT 1		CE,ISO

Nume: Victoria Olaru

În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL BIOGENETIX SOLUTIONS

Email: victoria.olaru@biogenetix.ro

Adresa socială: mun. Chisinau, str. Aerodromului 10

Data: 03.11.2025