

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1680005909079	Data: 03/04/2022	Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:	Ace pentru biopsie țesuturi moi de unica folosință pentru pistol automat		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6	7	8
33100 000-1	1	Ac pentru biopsie țesuturi moi de unica folosință pentru pistol automat	Ac pentru biopsie țesuturi moi de unica folosință pentru pistol automat	Ace pentru biopsie pentru pistol automat 18Gx250mm (Codul produsului:GPN1825-M) (Numar de înregistrare:DM000391426)	Turcia	Geotek	Ac pentru pistol automat pentru biopsia țesuturilor moi (prostata, ficat). - diametru acului 18G/1.20mm; - lăgimea acului -240-250mm, - fanta de prelevare a țesutului - 22mm. - vârf ecogen pentru proceduri ecoghitate - marcat la fiecare centimetru pentru acurătatea adancimii. - posibilitatea de a fi folosit cu acul coaxial introductor CU. - sterilizat prin ETO, termen de valabilitate 5 ani.	Ac pentru pistol automat pentru biopsia țesuturilor moi (prostata, ficat). - diametru acului 18G/1.20mm; - lăgimea acului -250mm, - fanta de prelevare a țesutului - 22mm. - vârf ecogen pentru proceduri ecoghitate - marcat la fiecare centimetru pentru acurătatea adancimii. - posibilitatea de a fi folosit cu acul coaxial introductor CU. - sterilizat prin ETO, termen de valabilitate 5 ani.	Declarație de conformitate CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23