

Către grupul de lucru

IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”

Licitație Deschisă nr.ocds-b3wdp1-MD-1606812169144 din 29.01.2021

Data: 25.01.2021

DECLARAȚIE

Prin prezenta, compania SRL Sanmedico, în calitate de ofertant la Licitația Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1606812169144 din 29.01.2021, garantează că:

-Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător - nu mai mic de 12 luni.

-La procedura de testare a mostrelor va fi prezent specialistul, în set vor fi prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.

- Reagenții, soluțiile din set vor fi lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sânt liofilizați. Soluțiile de lucru vor fi stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de utilizare vor fi indicate specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele vor fi cu sensibilitatea de 99,3%- 99,9%. Test sistemele vor conține nu mai puțin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul va conține, pe lângă controlul pozitiv (+) și negativ (-), calibrator și soluție de control (de referință) pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor și anticorpilor.

- Stripurile vor fi detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu. Va fi posibil de a testa câte o probă. Va fi prezent p/u fiecare lot certificatul analitic de la producător.

- Furnizorul asigură programarea analizatorului Stat Fax 303.

- Instrucțiunile de utilizare vor fi prezentate în limba română sau rusă

- Dacă vom fi desemnați câștigători, ne obligăm să reprogramăm gratis coagulometrul.

Cu respect,

Goreacii Vitalie

Administrator SRL „SANMEDICO”