Centrifuga	
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
Volumul maxim al rotorului - 8x15 ml	Conform brosurii nr. 26
Permite centrifugarea:	
Tuburi standard (5-10 ml)	
Tuburi de testare conice Falcon (15 ml)	
Sisteme de colectare a sângelui (4-10 ml)	
Viteza maximă - 6000 rpm	
Reglarea vitezei în pași de 100 rpm	
Viteza minima - 500 rpm	
Accelerația maximă este de 3461xg.	
Introducerea timpului în minute - de la 1 la 99 de minute	
Greutate max 8 kg	15 kg
Garanție minim 12 luni	da

Digitally signed by Jighili Tatiana
Date: 2020.06.24 17:17:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova