

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

IMSP Spitalul de Stat

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1693289144647 din 18.09.2023								nr.21090314			
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea reagenților, seturilor pentru diagnostic , materialelor consumabile de laborator , accesoriilor conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2024								Pagina 1			
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Lot 13											
33696200-7	Troponina I , metoda Imunocromatografica	buc	200	12,88	13,91	2 576,00	2 782,08	la sediul IMSP Spitalului de Stat la comanda pe parcursul anului 2024 conform necesitatilor reale	MD25 M L0000000225180628 I		
Total Lot 13 :						2 576,00	2 782,08				
Lot 23											
33696200-7	Expres teste la glucoza, cetone, ph	buc	500	0,72	0,78	360,00	388,80				
Total Lot 23 :						360,00	388,80				
Lot 24											
33696300-8	Teste pentru determinarea singelui ocult in materialul Biologic	buc	200	12,98	14,02	2 596,00	2 803,68				
Total Lot 24 :						2 596,00	2 803,68				
Lot 25											
33696300-8	Teste pentru determi larea Clostridium difficile GDH+ ToxinaA+ ToxinaB	buc	100	121,13	130,82	12 113,00	13 082,04				
Total Lot 25 :						12 113,00	13 082,04				
Total oferta						17 645,00	19 056,60				

Suma totală: 19 056, 60 (Nouasprezece mii cincizeci si sase lei 60 bani) Lei , Inklusiv TVA 1 411, 60 lei.

Semnat: _____ **Nume:** Varman Irina **În calitate de:** Director _____

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinău, Dokucaev 6, of.61

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

IMSP Spitalul de Stat

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1693289144647 din 18.09.2023						nr. 21090314	
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea reagenților, seturilor pentru diagnostic, materialelor consumabile de laborator, accesoriilor conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2024						Lot: 13, 23, 24, 25.	
Denumirea pozitie						Modelul articolului	
Țara de origine						Producătorul	
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă						Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
Standarde de referință							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 13							
Troponina I, metoda Imunocromatografica		eTni - cassette, nr.catalog CTI-402	China	ALLTEST Biotech CO	Buc = Set Ambalaj -1 test ,fara bufer. Sensibilitatea ≤; 0,3 ng/ml,	Troponina I , metoda Imunocromatografica, Ambalaj -1test, fara bufer. Sensibilitatea ≤: 0,3 ng/ml, Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377338.	ISO, CE.
Lot 23							
Expres teste la glucoza, cetone, ph		U-3 - expres test, nr.catalog U031-03	China	ALLTEST Biotech CO	Teste	U-3 - Expres teste la glucoza, cetone, ph, teste . Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377344.	ISO, CE.
Lot 24							
Teste pentru determinarea singelui occult in materialul biologic		FOB Rapid Test Cassette nr.catalog TFO-602	China	ALLTEST Biotech CO	Teste rapide(caseta combo) pentru determinarea singelui occult din materiile fecale. Sensibilitatea testului 50ng/ml si mai mult sau 6,0 mkg/g de fecale	FOB - Rapid Test Cassette p/u determinarea singelui occult in masele fecale (caseta combo), pentru determinarea singelui occult din materiile fecale. Sensibilitatea, testului 50ng/ml și mai mult sau 6,0 mkg/g de fecale. Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377344.	ISO, CE.
Lot 25							
Teste pentru determinarea Clostridium difficile GDH+ ToxinaA+ ToxinaB		Clostridium Difficile Toxin A+B+GDH, nr. catalog ICD-635B	China	ALLTEST Biotech CO	Teste rapide (caseta combo) pentru determinarea Clostridium Difficile, Toxina A, Toxina B si GDH din materiile fecale. Kitul sa concinta tuburi de colectare proba cu bufer si sa incuda separate controale pozitive pentru GDH si toxina A+B.Valorile limita de detectie pentru GDH cel putin 1 ng / ml, 2 ng / ml pentru Toxin A si 1 ng / ml pentru Toxin B. Sensibilitate si specificitate minim 98 % atit pentru GDH cit si pentru Toxina A, B	Teste rapide (caseta combo) pentru determinarea Clostridium Difficile, Toxina A, Toxina B si GDH din materiile fecale. Kitul sa concinta tuburi de colectare proba cu bufer si sa incuda separate controale pozitive pentru GDH si toxina A+B.Valorile limita de detectie pentru GDH cel putin 1 ng / ml, 2 ng / ml pentru Toxin A și 7ng / ml pentru Toxin B. Sensibilitate si specificitate minim 98 % atit pentru GDH cit si pentru Toxina A, B. Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377324.	ISO, CE.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, Dokucaev 6, of.61