

Anexa 1 la Formularul Specificatii Tehnice

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină ofertată; Graficul de mentenanța pentru anul 2025
Servicii de deservire		
Lot 1 Mentenanța preventivă și corectivă la Electrocardiograful MAC600	Conform specificației solicitate din Anunțul de participare	Mentenanța preventivă și corectivă la MAC600. Se va efectua mentenanța preventivă conform manualului de service. Piese de schimb nu intra sub acoperire. Piese defecte se vor procura separat de către beneficiar. <u>Grafic mentenanță pentru anul 2025:</u> 1 dată de 3 luni;
Lot 14. Mentenanța dispozitivelor medicale, Sistem de diagnostic GE/Brivo RD-F	Conform specificației solicitate din Anunțul de participare	Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua la sediul Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: –Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; –Curățarea părților de lucru; –Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; –Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; –Efectuarea inspecțiilor conform manualului de service; –Calibrarea dispozitivului; –Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; - Piese de schimb nu sunt acoperite. În caz de defecțiune, în cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb normale și speciale ale sistemelor nu sunt incluse în costul mentenanței preventive. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului.. Producător: GE Model: Brivo DR-F a/f: 2014 Numărul de servicii per an- 4 ori/trimestrial; Intervenții la necesitate: de câte ori este nevoie. <u>Graficul de mentenanță:</u> trimestrial, pe parcursul anului 2025.
Lot 15. Mentenanța dispozitivelor medicale, a sistemului de diagnostic radiologic dentar Visiograf Prox/ Pro Sensor	Conform specificației solicitate din Anunțul de participare	–Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: –Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; –Curățarea părților de lucru; –Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; –Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; –Efectuarea inspecțiilor conform manualului de service; –Piese de schimb nu intra sub acoperire. Piese defecte se vor procura separat de către beneficiar. –Calibrarea dispozitivului; –Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; –Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Planmeca Model: Visiograf Prox/Pro Sensor A/f: 2021 <u>Graficul de mentenanță pentru 2025-</u> 1 ori (o dată la 6 luni).